

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der Software-Version **MagIC Net 2.3 (Build 87)** und der Version **MagIC Net 2.3 (87 - 1)**.

## 2 Behobene Fehler und Probleme

### Programmteil Arbeitsplatz

- Beim Ablauf mehrerer paralleler Analysen konnte es passieren, dass MagIC Net nicht mehr bedienbar war. War die Live-Anzeige deaktiviert, trat das Problem nicht auf.

### Programmteil Datenbank

- Wenn für die Anzeige von Chromatogrammen im Dialogfenster **Eigenschaften - Grafik** die Option **Skalierung** von **Relativ** zu **Absolut** bzw. von **Absolut** zu **Relativ** gewechselt, und das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wurde, kam es zu einem Ausnahmefehler.
- In seltenen Fällen wurden beim Öffnen einer Bestimmung im Dialogfenster **Nachbearbeiten** nur die Basislinie und die Peakbeschriftung dargestellt. Das Chromatogramm fehlte.
- Änderung des Default-Profiles im Modus **PAD**.

## 3 Compliance

Die aktuelle Software-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **MagIC Net** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 28. Februar, 2012



Dr. J. Kleimann  
Vizepräsident, Leiter F&E



U. Kürsteiner  
Leiter Qualitätssicherung