

dProfitrode



6.00204.300

Sensormerkblatt

8.0109.8005DE / 2020-08-31



Metrohm AG

Ionenstrasse

CH-9100 Herisau

Schweiz

Telefon +41 71 353 85 85

Fax +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

dProfitrode

6.00204.300

Sensormerkblatt

8.0109.8005DE /

2020-08-31

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	1
1.1	dProfitrode – Produktbeschreibung	1
1.2	dProfitrode – Übersicht	1
2	Funktionsbeschreibung	2
2.1	dProfitrode – Funktionsbeschreibung	2
3	Transport und Lagerung	3
3.1	Elektrode – Anlieferung kontrollieren	3
3.2	Elektrode – Verpackung aufbewahren	3
3.3	Elektrode auspacken und überprüfen	3
3.4	dProfitrode aufbewahren	4
4	Installation	6
4.1	dProfitrode vorbereiten	6
4.2	Elektrode montieren	7
5	Bedienung und Betrieb	9
5.1	dProfitrode kalibrieren	9
6	Wartung	10
6.1	dProfitrode – Elektrolyt wechseln/auffüllen	10
6.2	dProfitrode reinigen	10
7	Störungsbehebung	11
8	Technische Daten	12
8.1	Umgebungsbedingungen	12
8.2	dProfitrode – Dimensionen	12
8.3	dProfitrode – Gehäuse	12
8.4	dProfitrode – Spezifikationen Anschlüsse	12
8.5	dProfitrode – Spezifikationen Anzeige	13
8.6	dProfitrode – Spezifikationen Messung	13

1 Überblick

1.1 dProfitrode – Produktbeschreibung

Die dProfitrode ist eine kombinierte pH-Glaselektrode für Messungen in schwierigen Medien.

1.2 dProfitrode – Übersicht




Abbildung 1 dProfitrode

1 Schutzhappe

3 Einfüllöffnung
Für den äusseren Elektrolyt.

5 Schliffrdiaphragma
Lösbar.

2 Elektrodenkopf

4 Einfüllöffnung
Für den inneren Elektrolyt.



HINWEIS

Zu starken Druck auf das Werkzeug vermeiden. Die Elektrode könnte sonst zu abrupt gelöst werden.

3 Elektrode auf Funktion prüfen

- **Elektrode vorbereiten:**
dProfitrode vorbereiten (siehe Kapitel 4.1, Seite 6)
- **Elektrode kalibrieren:**
dProfitrode kalibrieren (siehe Kapitel 5.1, Seite 9)



HINWEIS

Mangelhafte Elektroden müssen innerhalb von zwei Monaten (vom Tag der Lieferung an gerechnet) zur Garantieabklärung eingesandt werden.

3.4 dProfitrode aufbewahren



VORSICHT

Sachschaden durch ausgetrockneten Sensor

Zerstörung des Sensors durch Austrocknen.

- Sensor nie austrocknen lassen.
- Aufbewahrungshinweise befolgen.

Um den Elektrodenkopf vor Wasser, Lösungsmittel, Staub und mechanischen Einwirkungen zu schützen, muss dieser wie folgt aufbewahrt werden:

- 1 Die Schutzkappe (1-1) auf den Elektrodenkopf (1-2) schrauben.
- 2 Die Elektrode im Aufbewahrungsgefäß aufbewahren. Dabei sicherstellen, dass die Elektrode über das lösbare Schlifflaphragma (1-5) in die Aufbewahrungslösung eintaucht.



Die Aufbewahrungslösung soll nur für diesen Elektrolyt verwendet werden, für alle anderen Elektrolyten empfehlen wir die Lagerung im Brückenelektrolyt.

- 3

4 Installation

4.1 dProfitrode vorbereiten

1 Referenz- / Brückenelektrolyt nachfüllen

Die Verschlüsse der Einfüllöffnungen (1-**3**) und (1-**4**) öffnen und falls nötig Referenz- / Brückenelektrolyt bis zur Höhe der Einfüllöffnung nachfüllen.

2 Elektrode abspülen



VORSICHT

Sachschaden durch Elektrostatische Aufladung

Unbrauchbare Messergebnisse durch elektrostatisch aufgeladene Elektrode und Beschädigungen durch mechanische Behandlung.

- Die Elektrodenmembran niemals trockentupfen.

Die Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen.

3 Elektrode anschliessen

- Schutzkappe (1-1) abschrauben.
 - Kabelanschluss auf Elektrodenkopf positionieren, damit sich der Schlitz im Kabelanschluss auf der Nase des Elektrodenkopfs befindet.
 - Buchse im Kabelanschluss in den Stecker innerhalb des Elektrodenkopfs einschieben.
 - Den äusseren Ring des Kabelanschlusses über den Elektrodenkopf schieben.
- Sicherstellen, dass sich die Führungsnasen im Elektrodenkopf in den Nuten des Kabelanschlusses befinden.
- Kabelanschluss auf den Elektrodenkopf schieben, bis dieser einrastet.



HINWEIS

Zum Entfernen des Kabels lösen Sie zuerst den äusseren Ring und ziehen den Kabelanschluss anschliessend vorsichtig aus dem Elektrodenkopf.

Hierbei nicht am Kabel, sondern am Anschluss des Kabels ziehen.

4.2 Elektrode montieren



Die Elektrode muss fest im Titrierkopf sitzen.



HINWEIS

Achten Sie bei automatischen Vorgängen darauf, dass die Kabel genügend Spiel haben.

Während der Titration ist es wichtig, dass die Lösung gut gemischt wird. Die Rührgeschwindigkeit sollte so gross sein, dass ein kleiner "Rührtrichter" entsteht. Ist die Rührgeschwindigkeit zu hoch, werden Luftblasen angesaugt. Diese können zu falschen Messwerten führen. Eine zu niedrige Rührgeschwindigkeit führt dazu, dass die Lösung nur langsam durchmischt wird und die Ansprechzeit oder die Titrationszeit sich entsprechend erhöht.

Damit die Messung nach der Titriermittelezugabe in einer gut gemischten Lösung erfolgt, sollte die Titrierspitze an einer Stelle sein, wo die Turbulenz gross ist. Ausserdem sollte der Weg von der Titriermittelezugabe zur Elektrode möglichst gross sein. Berücksichtigen Sie also die Rührrichtung (Gegenuhrzeigersinn bzw. Uhrzeigersinn) bei der Positionierung von Elektrode und Titrierspitze.




Abbildung 3 Schematische Anordnung von Stabrührer, Elektrode und Titrierspitze während einer Titration. a) Rührrichtung im Uhrzeigersinn, b) Rührrichtung im Gegenuhrzeigersinn.

1	Stabrührer	2	Elektrode
3	Titrierspitze		

5 Bedienung und Betrieb

5.1 dProfitrode kalibrieren

- 1** Die Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen.
- 2 Elektrode mit erstem Puffer kalibrieren**
Die Elektrode in Pufferlösung (pH 7) eintauchen und Kalibrierung starten.
- 3** Nach erfolgreicher Messung die Elektrode aus dem Puffer herausnehmen und mit destilliertem Wasser abspülen.
- 4 Elektrode mit zweitem Puffer kalibrieren**
Schritt 2 und Schritt 3 mit dem zweiten Puffer wiederholen.
- 5 Bei Bedarf Elektrode mit drittem Puffer kalibrieren**
Schritt 2 und Schritt 3 mit dem dritten Puffer wiederholen.
- 6** Anhand folgender Informationen entscheiden, ob die Elektrode den Anforderungen entspricht:
 - **Steilheit:**
95 %...103 %
 - **pH:**
6.5...7.5
 - **Offset Potential:**
-30...30 mV

6 Wartung

6.1 dProfitrode – Elektrolyt wechseln/auffüllen

- 1 Die Einfüllöffnungen (1-**3**) und (1-**4**) öffnen.
 - 2 Das lösbare Schliffdiaphragma (1-**5**) herunterschieben und den Brückenelektrolyt ausfliessen lassen. Anschliessend das Schliffdiaphragma wieder hochdrücken.
 - 3 Die Brückenelektrolytkammer mit dem neuen Elektrolyten spülen.
 - 4 Die Elektrode bis zu den Einfüllöffnungen mit Elektrolyt füllen.
 - 5 Die Einfüllöffnungen (1-**3**) und (1-**4**) schliessen, falls die Elektrode nicht sofort verwendet wird.
 - 6 Die Elektrode über Nacht in Aufbewahrungslösung getaucht aufbewahren.
- Die Elektrode kann anschliessend wieder eingesetzt werden.

6.2 dProfitrode reinigen

- 1** Die Elektrode mit destilliertem Wasser spülen.



HINWEIS

Behandeln Sie die Elektrode nie im Ultraschallbad. Die Elektrode könnte dabei beschädigt werden.

7 Störungsbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Messwert stellt sich nur schleppend ein	<i>Elektrostatische Aufladung</i>	Die Glasmembran nicht mit einem Tuch abtupfen.
	<i>Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.
	<i>Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
Nullpunktverschiebung	<i>Elektrode wurde trocken gelagert</i>	Elektrode über Nacht in Aufbewahrungslösung lagern.
	<i>Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.
	<i>Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
	<i>Referenzsystem verschmutzt oder ausgetrocknet</i>	Das Referenzsystem mit Referenzelektrolyt reinigen und neu befüllen, danach Elektrode in Aufbewahrungslösung aufbewahren.
	<i>Schliffdiaphragma verschmutzt</i>	Elektrode mit pHit kit (6.2325.000) reinigen.
Zu geringe Steilheit	<i>Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.
	<i>Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche</i>	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
	<i>Referenzsystem verschmutzt oder ausgetrocknet</i>	Das Referenzsystem mit Referenzelektrolyt reinigen und neu befüllen, danach Elektrode in Aufbewahrungslösung aufbewahren.
	<i>Schliffdiaphragma verschmutzt</i>	Elektrode mit pHit kit (6.2325.000) reinigen.

8.5 dProfitrode – Spezifikationen Anzeige

Statusanzeige	LED	grün-rot
---------------	-----	----------

8.6 dProfitrode – Spezifikationen Messung

pH-Bereich 0 ... 14

Temperaturbereich

Kurzfristig 0 ... 100 °C

Langfristig 0 ... 80 °C

Minimale Eintauchtiefe	30 mm
-------------------------------	-------