

1 EU 適合宣言 / UK 適合宣言

この宣言は、一覧表示されている本製品が電気機器および付属品の標準仕様に準拠していることを証明します。

これらの適合宣言はメーカーの単独責任において発行されています。

1.1 製品の有効性

この宣言は、次の製品または製品のバリエーションで有効です:

- **6.01503.xx0 シリンダーユニット OMNIS 付属品なし**
- **6.01508.xx0 シリンダーユニット OMNIS スペシャル 付属品なし**

OMNIS Titrator、OMNIS Titration Module、もしくは OMNIS Dosing Module のためのインテリジェントなシリンダーユニット。シリンダーユニットは分析に必要な液体体積を準備します。

- **6.01506.xx0 シリンダーユニット OMNIS UNF 付属品なし**

OMNIS IC 用インテリジェントシリンダーユニット。シリンダーユニットは分析に必要な液体体積を準備します。

6.01503.xx0 シリンダーユニット OMNIS 付属品なし、6.01508.xx0 シリンダーユニット OMNIS スペシャル 付属品なしおよび 6.01506.xx0 シリンダーユニット OMNIS UNF 付属品なしは、さまざまな容量で用意されています。

1.3 安全仕様

設計とタイプ試験

本装置は以下の安全要求事項を満たしています：

- **EN 61010-1: 2019**
電気計測器、制御装置、調整器および試験装置の安全規制
- **EN 60529: 2013 – 保護等級 IP40**
ハウジングによる保護等級 (IP コード)
- **ISO 12100: 2010**
一般的な設計原則 - リスク評価とリスク軽減
- **EN 61140: 2016 – 保護クラス III**
感電に対する保護 - システムおよび機器の共通要件

1.4 メーカー

Metrohm AG, Ionenstrasse, CH-9100 Herisau/Switzerland

Metrohm AG は、ソフトウェアソリューションを含む、滴定とイオンクロマトグラフィー、分光法、電気化学のための装置および付属品の開発と製造、販売、サービスを対象とする、品質管理システムの SQS 認証 ISO 9001: 2015 を取得しています。

ヘリザウ、2026 年 6 月 17 日



Patrick Hunziker
副社長、開発部長



Dr. Miriam Saba
副社長、品質管理
および規制関連業務部長