

1 EU 適合宣言

この宣言は、本装置が電気機器および付属品の標準仕様並びにメーカーの安全性およびシステム検証の標準仕様に準拠していることを証明します。

この EU 適合宣言はメーカーの単独責任において発行されています。

1.1 製品の有効性

この宣言は、次の製品または製品のバリエーションで有効です:

- **889 IC Sample Center**

889 IC Sample Center は、多くのサンプルを扱うことのできる頑丈なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。

1.2 指令

上記の宣言の対象は、関連する EU 整合法令を満たしています:



- **2014/35/EU – 低電圧指令、LVD**

市場における特定電圧制限内で使用する電気機器設置についての加盟国の法律の調和に関する欧州議会および評議会の指令 2014/35/EU (2014年2月26日以降); 公文書: EU L96、2014年3月29日、357-374 ページ

- **2014/30/EU – EMC 指令、EMC**

電磁両立性についての加盟国の法律の整合に関する欧州議会および評議会の指令 2014/30/EU (2014年2月26日); 公文書: EU L96、2014年3月29日、79-106 ページ

- **2011/65/EU – 特定危険物質の指令、RoHS**

電気・電子機器における特定危険物質の使用制限に関する欧州議会および評議会の指令 2011/65/EU (2011年6月8日); 公文書: EU L174、2011年7月1日、88-110 ページ

1.4.2 電磁耐性

適合している規格


- EN 61000-6-1: 2019
- EN 61000-4-2: 2009
- EN 61000-4-3: 2010
- EN 61000-4-4: 2012
- EN 61000-4-5: 2017
- EN 61000-4-6: 2014
- EN 61000-4-11: 2017

1.5 メーカー

Metrohm AG, Ionenstrasse, CH-9100 Herisau/スイス

Metrohm AG は、ISO 9001 - 装置および付属品の開発、製造および販売のための品質マネジメントシステムの SQS 認証を取得しています。

Herisau, 2020 年 10 月 8 日



P. Hunziker

副社長、開発部長



Dr. M. Saba

副社長、品質管理
および規制関連業務部長