

# **828 IC Dual Suppressor**

**Beilage 8.828.1011 zur Gebrauchsanweisung 8.828.1001**

## **Stilllegung**

*Kap. 5.3*

Wird das Gerät für länger als eine Woche stillgelegt, sollte bei der Durchführung der Stopsequenz (*Kap. 3.6.1/3.6.2*) der Suppressor für 1.5 Stunden (anstatt der angegebenen 15 min) gespült werden.