

Professional IC 850



2.850.3000 - AnCat - non-suppressed

매뉴얼
8.850.8041KR



Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Switzerland
Phone +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Professional IC 850

**2.850.3000 - AnCat - non-
suppressed**

매뉴얼

Teachware
Metrohm AG
CH-9101 Herisau
teachware@metrohm.com

본 문서는 저작권법에 따라 보호됩니다. 모든 권리는 당사에 있습니다.

본 문서는 신중을 기하여 작성하였습니다. 하지만 오류를 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약 본 문서에서 오류를 발견하신다면 위에 명시한 주소로 연락주시기 바랍니다.

목차

1	서문	1
1.1	장비 설명	1
1.2	문서 정보	2
1.2.1	기호 설명	2
1.3	안전 지침	3
1.3.1	안전에 관한 일반 사항	3
1.3.2	전기 안전성	3
1.3.3	시약 취급	4
1.3.4	가연성의 용매 및 화학물질들	4
1.3.5	재활용 및 폐기	4
2	장비 개요	5
2.1	앞면	5
2.2	후면	7
3	설치	9
3.1	본 장에 대한 정보	9
3.2	최초 설치	9
3.3	설치도	11
3.4	장비 설치	13
3.4.1	포장	13
3.4.2	점검	13
3.4.3	설치 장소	13
3.5	IC 시스템의 모세관 연결부	14
3.6	장비 뒷면	16
3.6.1	롤러 및 손잡이	16
3.6.2	검출기 배치 및 연결	19
3.6.3	운반 고정 나사	21
3.6.4	리크 센서	21
3.6.5	배출 호스	22
3.7	모세관 및 케이블 관통구	24
3.8	용리액	27
3.8.1	용리액병 연결하기	27
3.9	용리액 탈기장치	31
3.10	고압펌프	33
3.10.1	고압 펌프/퍼지 밸브 사이의 모세관 연결부	33
3.10.2	고압 펌프 배기	35
3.11	인라인 필터	37

IV ■■■■■■

5.11	전도도 검출기	70
5.11.1	유지보수	70
5.12	분리 컬럼	70
5.12.1	분리 성능	70
5.12.2	보호	71
5.12.3	보관	71
5.12.4	재생	71
5.13	Metrohm 을 통한 품질 관리 및 검증	71
6	문제 처리	73
6.1	문제와 해결	73
7	기술 데이터	76
7.1	표준 조건	76
7.2	장비	76
7.3	리크 센서	76
7.4	주변 조건	76
7.5	하우징	77
7.6	용리액 탈기장치	77
7.7	고압 펌프	77
7.8	시료 탈기장치	78
7.9	주입 밸브	78
7.10	컬럼 항온기	78
7.11	전도도 측정 시스템	79
7.12	전원 연결	79
7.13	인터페이스	80
7.14	안전 표준	80
7.15	전자기 적합성 (EMC)	80
7.16	중량	81
8	적합성 및 보증	82
8.1	Declaration of Conformity	82
8.2	Quality Management Principles	83
8.3	보증 (Warranty)	84
9	부속품	85
9.1	공급 범위	85
9.2	옵션 부속품	94

색인 95

그림 색인

그림 1	앞면 Professional IC 850 -AnCat - non-suppressed	5
그림 2	후면 Professional IC 850 -AnCat - non-suppressed	7
그림 3	설치도	12
그림 4	조임나사를 통한 모세관의 연결	14
그림 5	롤러 및 손잡이	16
그림 6	MPak 홀더로서의 손잡이	18
그림 7	탈착식 후면벽	19
그림 8	장비 뒷면에서 리크 센서의 연결	22
그림 9	배출 호스	23
그림 10	도어에 있는 모세관 관통구	25
그림 11	바닥판/덮개판의 모세관 관통구	26
그림 12	용리액병 캡 설치하기	27
그림 13	흡입필터 부착	28
그림 14	호스 클램프 및 흡입필터 설치하기	28
그림 15	용리액 흡입호스가 완전히 부착된 상태	29
그림 16	용리액병 연결된 상태	30
그림 17	용리액 탈기장치	32
그림 18	고압펌프와 퍼지 밸브의 모세관 연결부	33
그림 19	고압 펌프 - 입구 연결	35
그림 20	고압 펌프 배기	36
그림 21	인라인 필터 연결하기	38
그림 22	맥동 댐퍼 - 연결부	39
그림 23	시료 탈기장치	40
그림 24	주입 밸브 - 연결됨	41
그림 25	주입 밸브 위치	42
그림 26	컬럼 항온기	44
그림 27	앞면 전도도 검출기	46
그림 28	후면 전도도 검출기	47
그림 29	검출기와 분리 컬럼 연결	48
그림 30	표준 펌프 헤드의 구성 요소	61
그림 31	피스톤 실 교환	63
그림 32	입구밸브와 출구밸브의 구성요소	64
그림 33	필터 교환	66

1 서문

1.1 장비 설명

본 장비 **Professional IC 850 – AnCat – non-suppressed**(2.850.3000)는 Metrohm 사의 Professional IC 장비군 중 하나의 모델입니다. Professional IC 장비군의 특징은 다음과 같습니다

- 모든 기능의 모니터링, 최적화 및 FDA 호환성 문서로의 작성을 가능하게 하는, 부품의 **지능성**.
- **컴팩트성**.
- **유연성**. 각 응용 분야에 대해 적합한 장비 모델이 제공됩니다. 장비는 필요에 따라 다른 모델 버전으로 개조, 확장 또는 변형될 수 있습니다.
- **투명성**. 모든 부품은 쉽게 접근할 수 있고 한 눈에 확인이 가능하도록 배치되어 있습니다.
- **안전성**. 화학물질과 전자장치가 서로 분리되어 있으며, 액체가 접촉되는 부품에는 리크 센서가 내장되어 있습니다.
- **친환경성**.
- **저소음성**.

Professional IC 850 –AnCat – non-suppressed 장비는 서프레션 없이 이루어지는 양이온과 음이온의 이온 크로마토그래피 측정용으로 사용됩니다. 양측 채널은 상호 보완적 또는 완전히 서로 독립적으로 운전될 수 있습니다. 또한 두 개의 고압 펌프가 사용되므로, 본 장비는 고압 기울기 용리 시스템으로도 적합합니다.

장비는 소프트웨어 **MagIC Net** 으로 운영됩니다. 장비는 USB 를 통해 MagIC Net 이 설치된 PC 에 연결됩니다. 소프트웨어는 이 장비를 자동으로 인식하며 장비의 기능성을 자동으로 점검합니다. MagIC Net 은 장비를 모니터링하며, 측정된 데이터를 평가하고 데이터 베이스에서 이 데이터를 관리합니다. MagIC Net 의 조작 방법은 온라인 도움말 또는 MagIC Net 사용설명서에 설명되어 있습니다.

1.3 안전 지침

1.3.1 안전에 관한 일반 사항



경고

본 장비는 반드시 본 문서에 명시한 내용에 따라 사용해야 합니다.

본 장비는 공장에서 안전 기술적 측면에서 완전한 상태로 출고되었습니다. 이 상태를 유지하고 장비를 안전하게 사용하기 위해 다음의 주의사항을 반드시 준수해야 합니다.

1.3.2 전기 안전성

장비의 취급에 관한 전기 안전성은 국제 표준 IEC 61010 의 범위 내에서 보장됩니다.



경고

Metrohm 사를 통해 인증된 인원만이 전기 부품에서 서비스 작업을 실시할 자격 요건을 갖추고 있습니다.



경고

장비를 절대 임의로 분해하지 마십시오. 이때 장비가 손상될 수도 있습니다. 이외에도 전기가 흐르는 부품에 접촉할 경우, 심각한 상해 위험이 발생할 수 있습니다.

하우징의 내부에는 사용자가 직접 유지보수하거나 또는 교체할 수 있는 부품이 없습니다.

정격전압



경고

잘못된 정격전압으로 인해 장비가 손상될 수 있습니다.

본 장비는 여기에 맞는 정격전압으로만 가동하십시오(장비 뒷면 참조).

2 장비 개요

2.1 앞면




그림 1 앞면 Professional IC 850 -AnCat -non-suppressed

1 검출기 공간

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 전도도 검출기용 공간.

2 용리액 탈기장치

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 용리액 탈기장치.

참조: 장3.9, 페이지 31.

3 고압 펌프

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 고압 펌프.

참조: 장 3.10, 페이지 33.

5 주입 밸브

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 주입 밸브.

참조: 장 3.14, 페이지 41.

7 시료 탈기장치

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 시료 탈기장치. 선택적 사용.

참조: 장 3.13, 페이지 39.

9 컬럼 홀더

컬럼 항온기 내에 있는 두 개의 분리 컬럼
및 컬럼 항온기 밖에 있는 하나의 추가적
분리 컬럼용.

참조: 장 3.19, 페이지 50.

4 펴지 밸브

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 퍼지 벨
브.참조: 장3.10.1, 페이지33

브.참조: 장 3.10.1, 페이지 33

6 맥동 댐퍼

두 개의 채널을 위한 각각 하나의 맥동 댐 퍼.

참조: 장 3.12, 페이지 38.

8 컬럼 항온기

참조: 장 3.15, 페이지 43.

협약에 따라서 상단 고압 펌프 및 좌측 전도도 검출기를 구비한 채널은 음이온 채널로 표기되며, 하단 고압 펌프 및 우측 전도도 검출기를 구비한 채널은 양이온 채널로 표기됩니다.

2.2 후면




그림 2 후면 Professional IC 850 -AnCat -non-suppressed

1 널링 나사

후면벽(2-22) 및 손잡이(5-2)의 고정용.

2 진공 커넥터

확장 모듈에 있는 다른 탈기 챔버의 연결용(Vacuum 으로 표기됨).

- 

장비를 MSB 커넥터 (2-6)에 연결할 때 Professional IC 850 가 꺼진 상태여야 합니다.

3 설치

3.1 본 장에 대한 정보

본 장 설치 편에는 다음과 같은 내용이 수록되어 있습니다

- 본 개요
- Professional IC 850 – AnCat – non-suppressed (참조: 장 3.2, 페이지 9)의 최초 설치에 관한 요약 설명서. 필요한 경우 각 단계에는 개별 구성품의 상세한 설치 설명서에 대한 크로스 레퍼런스가 제공됩니다.
- 완전히 설치된 장비를 나타내는 설치도(참조: 장 3.3, 페이지 11).
- 장비의 공급 시 이미 설치된 구성품을 포함하여 다른 모든 구성품에 대한 상세한 설치 설명서가 포함된 복수의 장.

3.2 최초 설치



참고

모세관의 일부는 이미 장비 출고 시 연결된 상태입니다.

다음의 작업 단계를 수행해야 합니다:

Professional IC 850-AnCat - non-suppressed 설치하기



참고

3, 4 및 7 번 단계는 각각 음이온 및 양이온 채널에서 실시해야 합니다.

1 장비 설치

참조: 장 3.4, 페이지 13.

2 장비 후면에서의 설치

- 손잡이와 롤러를 제거하십시오(참조: 장 3.6.1, 페이지 16).
- 검출기를 장비에 부착하고 연결하십시오(참조: 장 3.6.2, 페이지 19).
- 운반용 고정장치를 제거하십시오(참조: "운반용 고정나사 제거", 페이지 21).

- 리크 센서를 연결하십시오(참조: "리크 센서를 연결하십시오", 페이지 21).
- 배출 호스를 연결하십시오(참조: "배출 호스 설치", 페이지 24).

3 용리액 경로 설치하기

다음의 단계는 양측 채널에 대해 각각 일회에 걸쳐 수행하십시오.

- 용리액 흡입호스를 부착하고 용리액병에 연결하십시오(참조: 장 3.8.1, 페이지 27).
- 컬럼의 위치에서 이미 설치된 컬럼 입구 모세관 (3-2) 또는 (3-5)의 끝부분에 조임나사 6.2744.014 를 이용하여 각각 하나의 커플링 6.2744.040 을 연결하십시오.
- 조임나사 6.2744.014 를 이용하여 검출기 입구 모세관 (3-3) 또는 (3-6)을 커플링 6.2744.040 에 연결하십시오.

4 시료 경로 설치하기



참고

시료 탈기장치를 반드시 연결할 필요는 없습니다. 당사에서는 시료 매트릭스가 요구되는 경우에만 시료 탈기장치를 사용할 것을 권장합니다.

다음의 단계는 양측 채널에 대해 각각 일회에 걸쳐 수행하십시오.

- 주입 밸브의 시료 입구에 연결된 시료 흡입 모세관 6.1803.040(3-8)을 긴 조임나사 6.2744.090 을 통해 시료 탈기 장치의 출구에 연결하십시오(참조: 장 3.13, 페이지 39).
- 시료 흡입 모세관 6.1803.040 을 긴 조임나사 6.2744.090 을 통해 시료 탈기 장치의 입구에 연결하십시오. 반대쪽 끝부분은 모세관 관통구를 통해 장비에서 밖으로 빼내십시오.
- 양이온 채널에서 시료 루프 6.1825.210 을 시료 루프 6.1825.220 으로 교체하십시오(참조: "", 페이지 42).

5 장비 연결하기

- PC에 장비를 연결하십시오(참조: 장3.17.1, 페이지48).
- 장비를 전원에 연결하십시오(참조: 장3.17.2, 페이지48).

6 최초 시운전

(참조: 장 4.1, 페이지 53).

- PC를 켜고 MagIC Net을 시작하십시오.

- 장비를 켜고 준비하십시오.
- 고압 펌프 배기.
- 컬럼(들) 없이 장비를 세정하십시오.

7 컬럼 설치하기

다음의 단계는 양측 채널에 대해 각각 일회에 걸쳐 수행하십시오:

- 컬럼 입구 모세관과 검출기 입구 모세관 사이에서 커플링 6.2744.040 을 제거하십시오.
- 보호 컬럼을 설치하십시오(사용하는 경우)(참조: "보호 컬럼 연결 및 세척", 페이지 50).
- 분리 컬럼을 설치하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 51).
- 검출기 입구 모세관을 연결하십시오(참조: "분리 컬럼에 검출기 입구 모세관 연결하기", 페이지 47).

8 장비 상태점검

(참조: 장 4.2, 페이지 54).

이제 본 장비는 시료 측정을 위해 준비된 상태입니다.

3.3 설치도

그림 3(페이지 12)은 양이온 채널 및 음이온 채널을 구비한 시스템의 모세관 연결부를 나타냅니다.

양측 채널은 상호 보완적 또는 완전히 서로 독립적으로 가동할 수 있습니다.

그림에서의 모듈의 배치는 장비의 정면도에 해당합니다. 그림에서 액체 용기(용리액병, 시료 용기, 폐액 용기, 보조 용액 용기) 및 보호 컬럼(참조: 장 3.18, 페이지 49)은 표시되어 있지 않습니다.

장비의 출고 시 몇몇 모세관은 이미 설치된 상태입니다. 최초 설치 시 어떤 작업도 수행하지 말아야 하는 모세관의 경우에는 그림에서 번호가 표시되어 있지 않습니다.




그림 3 설치도

1 용리액 흡입호스 6.1834.080
용리액 탈기장치에 연결됨.

2 컬럼 입구 모세관
주입 밸브에 연결되고 컬럼 항온기의 모세관 홈에 삽입되어 있음.

3 검출기 입구 모세관	4 용리액 흡입호스 6.1834.080 용리액 탈기장치에 연결됨.
5 컬럼 입구 모세관 주입 밸브에 연결되고 컬럼 항온기의 모세관 홈에 삽입되어 있음.	6 검출기 입구 모세관
7 시료 흡입 모세관 6.1803.040 주입 밸브에 연결됨. 반대쪽 끝부분은 옵션으로서 시료 탈기장치에 연결되거나 또는 직접 장비에서 밖으로 나올 수 있습니다.	8 PTFE 연결 모세관 PTFE 모세관 6.1803.040 의 일부분으로서, 시료 탈기장치를 Sample Processor 와 연결함(시료 탈기장치가 사용되는 경우에만 필요함).
9 시료 흡입 모세관 6.1803.040 주입 밸브에 연결됨. 옵션으로서 시료 탈기장치에 연결될 수 있습니다.	10 PTFE 연결 모세관 PTFE 모세관 6.1803.040 의 일부분으로서, 시료 탈기장치를 Sample Processor 와 연결함(시료 탈기장치가 사용되는 경우에만 필요함).
11 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070 보호 또는 분리 컬럼에서 모세관의 연결용.	12 분리 컬럼
13 전도도 검출기	

아래의 장에서는 각 설치 단계에 대해 상세히 설명됩니다.

3.4 장비 설치

3.4.1 포장

장비는 개별적으로 포장된 부속품과 함께 우수한 보호 기능의 특수 포장에 포장된 상태로 공급됩니다. 이 포장재로만 장비의 안전한 운반이 보장되므로, 포장재를 보관해 두시기 바랍니다.

3.4.2 점검

제품을 수령한 즉시 인도증을 근거로, 모든 항목이 모두 손상없이 운반되었는지를 점검하십시오.

3.4.3 설치 장소

장비는 실내에서 가동되는 조건으로 개발되었으며 폭발 위험이 있는 환경에서는 사용하지 말아야 합니다.

화학물질로 인한 부식성 환경 및 오염물로부터 최대한 보호될 수 있도록, 진동이 없고 조작에 편리한 실험실에 장비를 설치하십시오.

장비는 과도한 온도 변동 및 직사광으로부터 보호되어야 합니다.

3.5 IC 시스템의 모세관 연결부

본 장에는 IC 장비에 있는 모세관 연결부에 대한 일반적 정보가 수록되어 있습니다.

일반적으로 IC 장비의 두 개의 구성품 사이의 모세관 연결부는 각 부품에 모세관을 연결할 때 사용되는 두 개의 조임나사와 하나의 연결 모세관으로 구성됩니다.




그림 4 조임나사를 통한 모세관의 연결

1 PEEK 조임나사 6.2744.014 주입 밸브에서 사용.	2 연결 모세관
3 PEEK 조임나사, 슛타입 6.2744.070 고압 펌프, 퍼지 밸브, 인라인 필터, 맥동 댐퍼 그리고 보호 및 분리 컬럼에서 사용.	4 PEEK 조임나사 롱타입 6.2744.090 기타 부품에서 사용.

참고

가능한 한 불감 부피를 작게 하기 위해, 일반적으로 모세관 연결부는 최대한 짧아야 합니다.

참고

식별성을 개선하기 위해 모세관 및 호스 연결부에는 나선 밴드 6.1815.010 이 부착될 수 있습니다.

연결 모세관

IC 시스템에서는 PEEK 모세관 및 PTFE 모세관이 사용됩니다.

PEEK 모세관 (폴리에테르에테르케톤)

PEEK 모세관은 100 °C 에까지 내온성이며, 400 bar 까지 압력에 안정적이고, 유연성이며, 화학적 비활성이고 매우 매끄러운 표면을 갖습

니다. 이 모세관은 모세관 커터를 이용하여 원하는 길이로 간단하게 절단할 수 있습니다.

사용:

- 모든 고압 부분에 사용하는 PEEK 모세관 6.1831.010 (내경 0.25 mm).
- 초미세 영역에서의 시료 처리를 위한 PEEK 모세관 6.1831.030 (내경 0.75 mm).



주의

주입 밸브(참조: 장 3.14, 페이지 41)와 검출기(참조: 장 3.16, 페이지 46) 사이의 모세관 연결부에는 0.25 mm 내경의 PEEK 모세관을 사용해야 합니다. 최근 출시된 장비에서는 이 모세관이 이미 연결되어 있습니다.

테플론 모세관(폴리 테트라플루오르에틸렌)

PTFE 모세관은 투명하며 따라서 운반되는 액체에 대한 시각적 추적이 가능합니다. 이 모세관은 화학적 비활성이며, 유연성이고 80 °C 의 온도에까지 내온성입니다.

사용:

PTFE 모세관은 저압 영역에 사용됩니다.

- 시료 처리용의 0.5 mm 내경의 PTFE 모세관 6.1803.0x0.
- 시료 처리용 그리고 세정 및 재생 용액용의 0.97 mm 내경의 PTFE 모세관 6.1803.0x0 (이 모세관은 장비의 공급 범위에 반드시 포함되는 것은 아닙니다).



참고

모세관은 매끈하고 평평한 절단면을 가져야 합니다. PEEK 모세관의 절단에는 반드시 모세관 커터 6.2621.080 을 사용하시기 바랍니다.

3.6 장비 뒷면

3.6.1 롤러 및 손잡이

용이한 운반을 위해, 장비에는 롤러와 손잡이가 부착되어 있습니다.




그림5 롤러 및 손잡이

- 1** **널링 나사**
손잡이(5-2) 및 검출기 공간의 후면벽의 고정용.
- 3** **널링 나사**
롤러 홀더(5-5)의 고정용.
- 5** **롤러 홀더**

- 2 손잡이
- 4 롤러

손잡이 떼어내기

- 1** 널링 나사(5-1)를 풀고 손잡이(5-2)를 떼어 내십시오.

롤러 떼어내기

롤러를 떼어내기 위해 다음과 같이 진행하십시오:

- 1 널링 나사(5-3)를 제거하십시오.
- 2 롤러 홀더(5-5)를 떼어 내십시오.

MPak 홀더로서 손잡이 부착하기



참고

위로 올린 상태에서 손잡이(6-2)는 MPak(용리액 파우치)을 걸어 놓는 용도로 사용할 수도 있습니다.

- 1 손잡이(6-2)를 위로 올린 후에 널링 나사(6-1)를 다시 조이십시오.




그림 6 MPak 홀더로서의 손잡이

1 널링 나사
손잡이(6-2) 및 검출기 공간의 후면벽의 고정용.

2 손잡이
올린 상태. MPak 용 홀더로서 (용리액 파우치).

3.6.2 검출기 배치 및 연결




그림 7 탈착식 후면벽

- | | |
|----------|---|
| 1 | 널링 나사
탈착식 후면벽의 고정용. |
| 3 | 케이블 관통구
검출기 케이블의 통로. |
| 5 | 검출기 연결 소켓
Metrohm 검출기의 연결용으로 <i>Detector 1</i> 및 <i>Detector 2</i> 로 표기되어 있음. |

- | | |
|----------|-------------------|
| 2 | 후면벽
탈착식 |
| 4 | 모세관 관통구 |



참고

최대 두 개의 검출기를 배치하고 연결할 수 있습니다.



주의

검출기 연결 시 장비가 꺼진 상태여야 합니다.

1 후면판 떼어내기

- 후면판에서 널링 나사(7-1)를 푸십시오.
- 아직 손잡이가 장비에 고정되어 있을 경우, 이를 제거하십시오.
- 후면판(7-2)을 제거하십시오.

2 검출기 배치

- 이 구멍을 통해 장비의 해당 고정면에 검출기를 배치하고 완전히 앞으로 미십시오.

3 후면판 다시 부착하기

- 검출기 케이블을 후면판(7-3)에 있는 케이블 관통구(7-2)를 통과시켜 삽입하십시오.
- 검출기 출구 모세관을 적합한 모세관 통로에 삽입하십시오.
- 후면판(7-2) 다시 부착하기
(옵션으로서 손잡이가 상단에 다시 부착되어 있을 수 있고 MPak 용 홀더로서 사용될 수 있습니다.)
- 널링 나사(7-1)를 완전히 조이십시오.

4 검출기 연결



참고

장비에는 두 개의 검출기 커넥터(7-5), *Detector 1* 및 *Detector 2*가 존재합니다. 선택한 커넥터가 MagIC Net 방법에 입력된 커넥터와 일치하는 지에 유의해야 합니다.

권장 사항: 기본적으로 *Detector 1* 을 사용하십시오. 2 개의 검출기가 탑재된 AnCat 시스템의 경우, 음이온은 *Detector 1* 에, 양이온은 *Detector 2* 에.

- 검출기 케이블을 검출기 커넥터(7-5)에 연결하십시오.

5 검출기 출구 연결하기



참고

검출기 출구 모세관은 흐름이 자유로운 상태여야 합니다(측정 셀은 5 MPa = 50 bar 의 역압에서 검사됨).

검출기 출구 모세관은 충분히 큰 폐액 용기에 연결하고 여기에 고정하십시오.

3.6.3 운반 고정 나사

운반 시 고압 펌프 및 진공 펌프의 구동장치가 손상되지 않도록 하기 위하여, 펌프는 운반용 고정나사로 고정되어 있습니다(2-17)(2-15)(2-20).

최초로 시운전을 하기 전에 운반용 고정나사를 제거해야 합니다.

운반용 고정나사 제거

- 1 운반용 고정나사를 제거하고 보관하십시오.



경고

펌프의 손상을 방지하기 위해, 장비의 운반 시 매번 운반용 고정 나사를 다시 부착해야 합니다.

3.6.4 리크 센서

리크 센서는 장비의 바닥판에 모이는 유출 액체를 감지합니다.

리크 센서가 작동되기 위해서는, 리크 센서 연결 플러그(8-2)가 연결되고, 장비가 켜진 상태여야 하며 소프트웨어에서 리크 센서가 작동으로 전환되어 있어야 합니다.

리크 센서를 연결하십시오

- 1 리크 센서 연결 플러그(8-2)를 장비 후면(참조: 그림 8, 페이지 22)에 있는 리크 센서 연결 소켓(8-1)에 연결하십시오.




그림 9 배출 호스

- 1 배출 호스 커넥터**
뒷개판에서 유출되는 액체를 배출시키기 위해.
- 3 배출 호스 커넥터**
검출기 공간에서 유출되는 액체를 배출시키기 위해 사용.
- 5 Y 커넥터 6.1807.010**
양측 배출 호스 (9-2) 및 (9-4)의 연결용.

- 2 배출 호스**
실리콘 호스 6.1816.020 의 일부분. 뒷개판에서 유출되는 액체를 배출시키기 위해 사용.
- 4 배출 호스**
실리콘 호스 6.1816.020 의 일부분. 검출기 공간에서 유출되는 액체를 배출시키기 위해 사용.
- 6 배출 호스**
실리콘 호스 6.1816.020 의 일부분. 유출되는 액체를 리크 센서로 전달함.

7 배출 호스

실리콘 호스 6.1816.020 의 일부분. 유출
되는 액체를 폐기물 용기로 전달함.

8 배출 호스 커넥터

바닥판에서 유출되는 액체를 연결된 배출 호스를 통해 배출시키기 위해 사용됨.

9 배출 호스 커넥터

유출되는 액체를 연결된 배출 호스를 통해 리크 센서로 공급하기 위해 사용됨.

배출 호스 설치 시 다음과 같이 진행하십시오:

배출 호스 설치

- 1 배출 호스(9-2)를 덮개판의 배출 호스 커넥터(9-1)에 연결하고 원하는 길이로 잘라내십시오.
- 2 배출 호스(9-4)를 검출기 공간의 배출 호스 커넥터(9-3)에 연결하고 원하는 길이로 잘라내십시오.
- 3 덮개판의 배출 호스(9-2)와 검출기 공간의 배출 호스(9-4)를 Y 커넥터(9-5)로 서로 연결하십시오.
- 4 배출 호스(9-6)를 Y 커넥터(9-5)에 연결하고, 원하는 길이로 잘라낸 다음, 반대쪽 끝부분을 바닥판의 배출 호스 커넥터(9-9)에 연결하십시오.
- 5 배출 호스(9-7)를 바닥판의 배출 호스 커넥터(9-8)에 꽂고 반대쪽 끝부분을 폐액 용기에 연결하십시오.

3.7 모세관 및 케이블 관통구

모세관 및 케이블을 통과시키기 위한 여러 개의 구멍이 형성되어 있습니다. 이 구멍들은 도어(참조: 그림 10, 페이지 25), 후면판(참조: 그림 7, 페이지 19) 또는 덮개판 아래 또는 바닥판(참조: 그림 11, 페이지 26) 위에 존재합니다.




그림 10 도어에 있는 모세관 관통구


1 Luer 커넥터
주사기 6.2816.020 연결용. 수동 시료 주입에 사용됨.

3 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070

2 모세관 관통구

4 도어

Luer 커넥터(10-1)는 모세관을 통과시키기 위한 것이 아닙니다. 모세관은 PEEK 조임나사(10-3)를 통해 Luer 커넥터의 내부에 고정됩니다. 주사기를 이용해 외부에서 액체를 주입하거나 주사할 수 있습니다.



1	측벽(우측) 우측벽.	2	장비 뒷면
3	측벽(좌측) 좌측벽.	4	장비 앞면
5	모세관 관통구 위. 앞에서 우측으로.	6	모세관 관통구 위. 앞에서 뒤로.
7	모세관 관통구 위. 앞에서 뒤로.	8	모세관 관통구 위. 앞에서 좌측으로.
9	모세관 관통구 아래. 앞에서 우측으로.	10	모세관 관통구 아래. 앞에서 뒤로.
11	모세관 관통구 아래. 앞에서 뒤로.	12	모세관 관통구 아래. 앞에서 좌측으로.

3.8 용리액

3.8.1 용리액병 연결하기

용리액은 용리액 흡입호스(12-1)를 통해 용리액병에서 흡입됩니다.

용리액 흡입호스는 용리액 탈기장치(참조: 장 3.9, 페이지 31)에 연결되어 있습니다. 반대쪽 끝부분을 부착하기 전에, 호스를 장비의 해당 모세관 관통구(참조: 장 3.7, 페이지 24)에 통과시켜야 합니다.

용리액 흡입호스를 장착하기 위하여 다음과 같은 부속품이 필요합니다:

- 6.1602.160 용리액병 캡 GL 45
- 6.2744.210 흡입 필터용 호스 어댑터
- 6.2821.090 흡입필터 엘리먼트

용리액 흡입호스의 장착을 위해 다음과 같이 진행하십시오:

용리액 흡입호스 부착

- 1 용리액 흡입호스(12-1)의 고정되지 않은 끝부분을 적합한 모세관 관통구를 통해 장비에서 밖으로 빼내십시오.

2 용리액병 캡 6.1602.160 설치하기

- 호스 니플(12-2) 및 O 링(12-3)을 용리액 흡입호스(12-1) 방향으로 미십시오.
- 용리액 흡입호스(12-1)를 병 캡(12-4)으로 통과시켜 밀어 넣고 완전히 조이십시오.




그림 12 용리액병 캡 설치하기

1 용리액 흡입호스 6.1834.080

2 호스 니플
부속품 세트 6.1602.160 에 포함됨.

3 O 링
부속품 세트 6.1602.160 에 포함됨.

4 병 캡
부속품 세트 6.1602.160 에 포함됨.

3 흡입필터 부착

- 필터 홀더(13-1)를 흡입 필터(13-2)에 삽입하고 완전히 조이십시오.




그림 13 흡입필터 부착

1 필터 홀더

부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.

2 흡입필터 6.2821.090

4 호스 클램프 및 흡입필터 설치하기




그림 14 호스 클램프 및 흡입필터 설치하기

1 용리액 흡입호스 6.1834.080

二、コブロー

3 호스 클램프

부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.

5 흡입필터 6.2821.090

부속품 세트 6.2744.210 에 있는 필터 홀더와 함께.

2 용리액병 캡 6.1602.160

4 잠금나사

부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.

- 호스 클램프(14-3)를 용리액 흡입호스(14-1) 방향으로 미십시오.
- 잠금나사(14-4)를 용리액 흡입호스(14-1) 방향으로 미십시오.
- 용리액 흡입호스(14-1)를 흡입 필터(14-5)에 삽입하십시오. 호스의 끝부분이 필터의 바닥에 접촉해야 합니다.

- 잠금나사(14-4)를 필터 홀더(13-1)와 함께 조이십시오. 그 이후에는 호스의 끝부분이 항상 필터의 바닥에 접촉해야 합니다.




그림 15 용리액 흡입호스가 완전히 부착된 상태

5 용리액병에 용리액 흡입호스 부착하기

- 용리액 흡입호스를 용리액병(16-10)에 삽입하십시오.
- 병 캡(14-2)을 용리액병(16-10)에 완전히 조이십시오. 흡입 필터(16-6)는 용리액병의 바닥에 있어야 합니다.

6 흡착튜브 설치



참고

알칼리 용리액 및 낮은 완충 용량의 용리액에서는 용리액병에 CO₂ 흡수기(16-4)를 장착해야 합니다.

- 첫번째로, 숨(16-3)으로 막고, 개방된 튜브(16-2)안에 CO₂ 제거(16-4) 물질을 채워 넣습니다. 그다음으로 플라스틱 뚜껑으로 덮습니다.
- 병의 연결(16-11)부위에 SGJ 클립(16-12)을 이용하여 흡착 튜브(16-2)를 단단히 고정합니다.




그림 16 용리액병 연결된 상태

1	용리액 흡입호스 6.1834.080 용리액의 흡입용. 사전에 설치됨.	2	흡착튜브 6.1609.000
3	숨	4	CO₂ 흡수기 공기 중 CO ₂ 를 흡수합니다(예를 들어 지시약이 포함된 Merck 사의 소다석회, 번호 6839.1000).
5	용리액	6	흡입필터 6.2821.090
7	필터 홀더 부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.	8	잠금나사 부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.
9	호스 클램프 부속품 세트 6.2744.210 에 포함됨.	10	용리액병 6.1608.070
11	병 캡 6.1602.160	12	연결부 클립 6.2023.020
13	호스 니플	14	나사식 마개

3.9 용리액 탈기장치

고압 펌프는 액체는 운반하지만 기체는 운반할 수 없으므로, 용리액에 기체 기포가 존재할 경우 바탕선이 불안정하게 됩니다. 따라서 고압 펌프에 도달하기 전에 용리액에서 탈기를 실시해야 합니다.

용리액 탈기장치는 용리액에서 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 용리액은 진공 챔버에서 특수한 테플론 AF™ 모세관을 통과합니다.



참고

새로 출고된 장비에서는 용리액 탈기장치가 이미 설치되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아야** 합니다.

용리액 탈기장치 연결




그림 17 용리액 탈기장치

1	용리액 탈기장치 입구	2	용리액 탈기장치 출구
3	호스 트럼펫 호스 니플 포함.	4	잠금나사
5	용리액 흡입호스 6.1834.080 용리액의 흡입용. 잠금나사(17-4)는 완전히 고정되어 있습니다.	6	연결 모세관 6.1834.090 용리액 탈기장치를 고압 펌프에 연결(참조: 장 3.10, 페이지 33). 잠금나사는 (17-4) 완전히 고정되어 있습니다.

1



주의

잠금나사(17-4)는 조심스럽게 조여야 합니다. 이를 위해 포크 렌치 6.2621.050 을 사용하십시오.

- 용리액 흡입호스(17-5)를 용리액 탈기장치 입구(17-1)에 꽂으십시오.
- 잠금나사(17-4)를 조심스럽게 조이십시오.

2

- 연결 모세관(17-6)(긴 잠금나사(17-4)가 포함된 끝부분)을 용리액 탈기장치 출구(17-2)에 꽂으십시오.
- 잠금나사(17-4)를 조심스럽게 조이십시오.
- 연결 모세관(17-6)의 반대쪽 끝부분(짧은 잠금나사가 있는 부분)을 고압 펌프(참조: "고압 펌프 입구 연결", 페이지 35)에 연결하십시오.

3.10 고압펌프

저맥동성의 지능형 고압 펌프가 시스템으로 용리액을 펌핑합니다. 기술 사양 및 "사용 이력"(운전 시간, 서비스 데이터, 등)이 저장되어 있는 칩이 펌프에 내장되어 있습니다.

퍼지 밸브는 고압 펌프의 배기(참조: 장 3.10.2, 페이지 35)에 사용됩니다.

3.10.1 고압 펌프/퍼지 밸브 사이의 모세관 연결부



참고

새로 공급된 장비의 경우에는 고압 펌프 및 퍼지 밸브의 모든 모세관 연결부가 이미 설치되어 있습니다.




그림 18 고압펌프와 퍼지 밸브의 모세관 연결부

1 연결 모세관
PEEK 모세관은 주 피스톤과 보조 피스톤을 연결합니다.

3 출구밸브 홀더

2 PEEK 조임나사, 슛타입 6.2744.070

4 펌프 헤드 6.2824.110



- 5 고정나사**
펌프 헤드 고정용.
 - 7 펌프 헤드 입구 모세관**
펌프 헤드의 입구에 있는 PEEK 모세관.
 - 9 커플링**
용리액 경로를 고압 펌프의 입구에 연결하기 위해 사용. 조임나사(18-8)와 함께 주문번호 6.2744.230 으로 주문 가능.
 - 11 퍼지 밸브**
고압 펌프의 배기용. 압력 센서 및 중앙 회전 노브 포함.
 - 13 연결 모세관**
펌프 헤드의 출구를 퍼지 밸브와 연결함.
 - 6 입구밸브 홀더**
 - 8 조임나사**
PEEK 모세관을 커플링(18-9)에 연결하기 위해 사용.
 - 10 배기 모세관**
고압 펌프의 배기 시 용리액 흡입용으로 사용(참조: 장 3.10.2, 페이지 35).
 - 12 연결 모세관**
인라인 필터의 연결용으로 사용(참조: 장 3.11, 페이지 37)

참고

새로 출고된 장비에서는 용리액 흡입 모세관이 이미 설치되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아**야 합니다.

고압 펌프 입구 연결




그림 19 고압 펌프 - 입구 연결

- | | |
|--|---|
| 1 조임나사
펌프 헤드 입구 모세관(18-7)에서 커플링(19-2)의 연결용.
커플링과 함께 주문번호 6.2744.230 으로 주문 가능. | 2 커플링 6.2744.230
고압 펌프의 입구에서 용리액 연결 모세관(19-4)의 연결용. |
| 3 잠금나사 | 4 용리액 연결 모세관
용리액 흡입호스 6.1834.080 또는 6.1834.090. |
| 5 지지링 | |

1 커플링 연결

조임나사(19-1)를 이용하여 커플링(19-2)을 펌프 헤드 입구 모세관(18-7)에 고정하십시오.

2 용리액 연결 모세관 연결하기



주의

잠금나사는 조심스럽게 조여야 합니다. 커플링 (19-2) 조임 시 렌치 6.2739.000 을 사용하고 잠금나사(19-3)는 포크 렌치 6.2621.050 으로 잡아야 합니다.

- 용리액 연결 모세관(19-4)을 커플링(19-2)에 삽입하십시오.
- 잠금나사(19-3)를 조이십시오.

3.10.2 고압 펌프 배기

고압 펌프는 펌프 헤드에 공기 기포가 없는 경우에만 원활하게 작동합니다. 따라서 최초 시운전 시 고압 펌프를 배기시켜야 합니다.



주의

최초 시운전을 실시하기 전에는 고압 펌프를 배기시키지 **않아야** 합니다.

다음과 같은 방법으로 고압펌프를 배기시키십시오(참조: 그림 20, 페이지 36):

고압 펌프 배기

고압 펌프의 배기를 위해서는 장비를 PC 에 연결하고 장비가 켜진 상태여야 합니다.




그림 20 고압 펌프 배기

1	주사기 10 mL 6.2816.020 용리액의 흡입용.	2	Luer 커넥터 퍼지관에 연결.
3	퍼지관 6.2816.040	4	배기 모세관
5	조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070	6	퍼지 밸브
7	퍼지밸브 회전 노브		

1 펄지관 연결하기

- 배기 모세관(20-4)의 끝부분을 통해 퍼지관(20-3)의 끝부분을 퍼지 밸브에 밀어 넣으십시오.

2 주사기 연결

- 주사기(20-1)를 퍼지관의 Luer 커넥터(20-2)에 꽂으십시오(참조: 그림 20, 페이지 36).

3 퍼지 밸브 열기

- 회전노브(20-7)를 약 ½ 바퀴정도 반시계방향으로 여십시오.

4 유량 조절

- MagIC Net 을 시작하십시오(아직 시작하지 않은 경우).
- 용리액 흡입 호스가 충분히 깊게 용리액에 담겨져 있는지를 확인하십시오.
- 고압펌프를 구동시키십시오.

5 용리액 흡입

- 용리액이 기포없이 주사기(20-1)로 흐를 때까지, 주사기로 흡입하십시오.

6 배기 종료

- 고압 펌프를 끄십시오.
- 회전 노브(20-7)를 닫으십시오.
- 주사기(20-1)를 Luer 커넥터(20-2)에서 제거하십시오.
- 퍼지관(20-3)을 배기 모세관(20-4)에서 당겨 분리하십시오.

3.11 인라인 필터

퍼지 밸브 그리고 맥동 댐퍼 사이에 6.2821.120 인라인 필터가 입자로 부터의 보호를 목적으로 설치 됩니다.

인라인 필터는 용리액에 존재할 수 있는 오염물로부터 분리 컬럼을 안정적으로 보호합니다. 하지만 인라인 필터는 재생 또는 세정용액에 존재할 수 있는 오염물로부터 서프레스를 보호하기 위하여 사용할 수도 있습니다. 신속하고 간편하게 교환할 수 있는 필터판의 미세한 2 µm 재료는 예를 들어 박테리아, 조류와 같은 입자를 용액에서 제거 합니다.

**참고**

새로 출고된 장비에서는 인라인 필터가 이미 설치되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아야** 합니다.

인라인 필터 설치하기



주의

인라인 필터를 연결할 때 필터 하우징에 명시되어 있는 흐름 방향에 주의하십시오.




그림 21 인라인 필터 연결하기

- | | |
|---|--|
| 1 연결 모세관
퍼지 밸브를 인라인 필터에 연결함. | 2 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070 |
| 3 인라인 필터 6.2821.120
입자로부터 보호. | 4 연결 모세관
인라인 필터를 맥동 댐퍼에 연결함. |

- 1 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 퍼지 밸브에서 오는 연결 모세관을 인라인 필터에 조이십시오.
- 2 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 맥동 댐퍼로 가는 연결 모세관을 인라인 필터의 출구측에 조이십시오.

3.12 맥동 댐퍼



참고

새로 출고된 장비에서는 맥동 댐퍼가 이미 설치되어 있습니다.



주의

맥동 댐퍼는 유지보수가 필요치 않으며 개방하지 말아야 합니다.

맥동 댐퍼는, 예를 들어 주입 밸브의 스위칭 시 발생할 수 있는 압력 변동으로 인한 손상으로부터 분리 컬럼을 보호하며 매우 민감한 측정 시 미세한 맥동을 억제합니다. 이 기능이 보장되도록 하기 위해, 이 댐

퍼가 고압 펌프(참조: 장 3.10, 페이지 33)와 주입 밸브(참조: 장 3.14, 페이지 41) 사이에 연결되어야 합니다.

맥동 댐퍼는 양방향으로 가동될 수 있습니다.




그림 22 맥동 댐퍼 - 연결부

1 연결 모세관
인라인 필터에 연결됨.

3 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070

5 맥동 댐퍼 6.2620.150

2 고정나사

4 맥동 댐퍼 홀더

6 연결 모세관
주입 밸브 연결부

3.13 시료 탈기장치

시료 탈기장치는 시료에 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 시료는 진공 챔버에서 특수한 테플론 AF™ 모세관을 통과합니다.

시료 내의 기체 기포는 재현성을 나쁘게 만드는데, 그 이유는 항상 동일한 시료량이 시료 루프에 존재하는 것이 아니기 때문입니다. 따라서 (기체 함유성) 시료는 주입 전에 탈기시켜야 합니다. 이를 위하여 주입 전에 시료가 탈기 챔버에서 탈기되며, 이때 발생하는 기체 기포는 자동으로 제거됩니다.



참고

시료 탈기장치의 사용 시 세척 시간이 적어도 2 분정도 길어집니다.




그림 23 시료 탈기장치

1	시료 탈기장치 입구	2	시료 탈기장치 출구
3	PEEK 조임나사 롱타입 6.2744.090	4	연결 모세관 6.1803.040

시료 탈기장치 연결하기

- 1 시료 탈기장치의 입구 및 출구에서 나사식 마개 6.2744.220 을 제거한 후에 보관하십시오.
- 2 긴 PEEK 조임나사(23-3)를 이용하여 주입 밸브에 연결된 시료 흡입 모세관 6.1803.040 을 시료 탈기장치(23-2)의 출구에 연결하십시오.
- 3 긴 PEEK 조임나사(23-3)를 이용하여 연결 모세관 6.1803.040 을 시료 탈기장치(23-1)의 입구에 연결하십시오.
- 4 모세관 통로를 통해 연결 모세관의 반대쪽 끝부분을 장비에서 밖으로 빼내십시오.



주의

시료 탈기장치를 사용하지 않는 경우에는, 나사식 마개 6.2744.220을 이용하여 입구와 출구를 막아야 합니다.

3.14 주입 밸브

주입 밸브는 용리액과 시료 경로를 연결합니다. 신속하고 정밀한 밸브 스위칭을 통하여 시료 루프의 크기로 정확하게 정의된 양의 시료 용액이 주입되고 용리액과 함께 분리 컬럼으로 흘러갑니다.

3.14.1 주입 밸브의 연결

주입 밸브는 여섯 개의 커넥터를 갖습니다: 이중 두 개는 시료 경로용이며(커넥터 1 및 2), 두 개는 용리액 경로용이고(커넥터 4 및 5) 나머지 두 개는 시료 루프용입니다(커넥터 3 및 6).



참고

새로 출고된 장비의 경우에는 용리액 경로 및 시료 경로의 모세관 및 시료 루프가 이미 설치되어 있습니다.




그림 24 주입 밸브 - 연결됨

1 주입 밸브	2 시료 루프 커넥터 3 및 6에 연결됨.
3 연결 모세관 커넥터 4에 연결됨. 용리액을 주입 밸브로 운반함.	4 연결 모세관 커넥터 5에 연결됨. 용리액을 분리 컬럼으로 운반함.
5 연결 모세관 커넥터 1에 연결됨. 시료를 주입 밸브로 운반함.	6 연결 모세관 커넥터 2에 연결됨. 시료를 폐액 용기로 운반함.
7 PEEK 조임나사 6.2744.010	

시료 루프 교환

시료 루프는 필요 시 교환할 수 있습니다. 올바른 시료 루프의 선택에 대한 상세한 정보는 (참조: 장 3.14.3, 페이지 43).



참고

시료 루프 및 주입 밸브에 모세관을 연결할 때 반드시 PEEK 조임나사 6.2744.010 을 사용하십시오.

1 기존 시료 루프 제거하기

- 커넥터 3 및 커넥터 6 에서 조임나사 6.2744.014 를 분리하십시오.
- 시료 루프를 제거하십시오.

2 새로운 시료 루프 부착하기

- PEEK 조임나사 6.2744.014(24-7)를 이용하여 시료 루프(24-2)의 끝부분을 커넥터 3 에 고정하십시오.
- 다른 PEEK 조임나사 6.2744.014(24-7)를 이용하여 시료 루프(24-2)의 반대쪽 끝부분을 커넥터 6 에 고정하십시오.

3.14.2 주입 밸브의 작동방식

주입 밸브(참조: 그림 25, 페이지 42)는 두 가지 위치, 즉 채움 및 주입 위치를 가질 수 있습니다. 이 두 가지 밸브 위치를 전환함으로써, 시료 또는 용리액 경로가 시료 루프를 통해 진행되는지가 확인됩니다. 아래의 그래픽은 양측 밸브 위치의 흐름 경로를 개략적으로 나타냅니다.




그림 25 주입 밸브 위치

A 채움 위치

- 1 용리액 입구
고압 펌프로부터 오는 모세관.

B 주입 위치

- 2 용리액 출구
컬럼 방향으로 가는 모세관.

3 시료 입구
시료 흡입 모세관

5 시료 루프

4 시료 출구
폐액 용기 방향으로 가는 모세관.

위치 A

채움 위치에서는 시료 용액이 시료 루프를 통과하여 폐액 용기 방향으로 흐릅니다. 이와 동시에 용리액은 직접 분리 컬럼으로 흐릅니다.

위치 B

주입 위치에서는 용리액이 시료 루프를 통과하여 분리 컬럼 방향으로 흐릅니다. 밸브 스위칭 시점에 시료 용액이 시료 루프에 존재하는 경우에는, 시료 용액이 용리액과 함께 흐르고 이로써 분리 컬럼에 도달합니다. 시료 경로 내의 흐름이 정지되거나 또는 시료가 직접 폐액 용기로 흐릅니다.

3.14.3 시료 루프의 선택

주입된 시료 용액의 양은 시료 루프의 체적에 따라 결정됩니다. 용도에 따라 적합한 양을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 시료 루프가 사용됩니다:

양이온 측정	10 µL
서프레션과 함께 음이온 측정	20 µL
서프레션 없이 음이온 측정	100 µL

3.15 컬럼 항온기

컬럼 항온기는 컬럼과 용리액 채널의 온도를 조절하며 이로써 안정적인 측정 조건을 보장합니다. 이 항온기는 2 개의 분리 컬럼을 위한 공간을 제공합니다.




그림 26 컬럼 향온기

- ## 1 모세관 관통구
- 모세관의 입구 및 출구.

- ### 3 컬럼 홀더
- 컬럼의 고정용.
컬럼 인식장치 포함.

- 2 모세관 홈**
용리액의 온도 조절용.
예열 모세관은 이미 설치됨.

컬럼 항온기에는 칩 인식장치가 포함된 두 개의 컬럼 홀더(26-3)가 존재합니다. 분리 컬럼은 칩과 함께 컬럼 홀더에 고정시켜야 합니다.



참고

새로 출고된 장비에서는 컬럼 입구 모세관이 컬럼 항온기의 모세관 홈에 삽입되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아야** 합니다.

모세관 삽입하기

- 1 적합한 모세관 통로(26-1)를 통과시켜 컬럼 입구 모세관을 컬럼 항온기에 삽입하십시오.
- 2 컬럼 입구 모세관을 아래에서부터 양측 모세관 홈(26-2)의 외측으로 미십시오. 위로 다시 돌출될 때까지 고정판 아래로 밀어 넣으십시오.
- 3 조심스럽게 컬럼 입구 모세관을 아래로 벤딩하고 고정판의 아래 가장자리에서 돌출될 때까지 아래로 내측 모세관 홈을 통과시켜 미십시오.

4



참고

컬럼(보호 컬럼 및 분리 컬럼)은 최초 시운전 후에 설치해야 합니다.

- 최초 시운전 전에:
조임나사 6.2744.010 을 이용하여 커플링 6.2744.040 을 컬럼 입구 모세관의 끝부분에 고정하십시오.
- 최초 시운전 후에:
조임나사 6.2744.010 을 이용하여 보호 컬럼(사용되는 경우)을 컬럼 입구 모세관의 끝부분에 고정하십시오.

3.16 전도도 검출기

전도도 검출기는 통과하는 액체의 전도도를 연속적으로 측정하며 결과를 디지털 방식의 신호로 출력합니다(DSP – Digital Signal Processing). 전도도 검출기는 우수한 온도 안정성을 제공하고 재현성 있는 측정 조건을 보장합니다.




그림 27 앞면 전도도 검출기

- | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------------------|
| 1 | IC 검출기 1.850.9010 | 2 | 온도 센서용 구멍 |
| 3 | 검출기 입구 모세관
고정 설치됨. | | |




그림 28 후면 전도도 검출기

1 검출기 케이블
부착된 커넥터 포함.

2 검출기 출구 모세관
고정 설치됨.

3 명판
제조 번호 포함.



참고

분리 후에 불필요한 피크 확대를 방지하기 위해, 분리 컬럼의 출구와 검출기 입구 사이의 연결부가 가능한 한 짧아야 합니다.

분리 컬럼에 검출기 입구 모세관 연결하기

1 검출기 입구 연결하기

- 조임나사(29-2) 6.2744.070 을 이용하여 검출기 입구 모세관 (29-1)을 직접 컬럼 출구(29-3)에 고정하십시오.




그림 29 검출기와 분리 컬럼 연결

- 1** 검출기 입구 모세관
- 3** 분리 컬럼

- ## 2 PEEK 조임나사, 슛타입 6.2744.070

3.17 장비 연결하기

3.17.1 PC 에 장비 연결



참고

PC의 연결 시 장비가 꺼진 상태여야 합니다.

1 USB 케이블 연결하기

USB 케이블 6.2151.020 을 이용해 장비의 PC 연결 소켓(2-**18**)을 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결하십시오.

3.17.2 전원 에 장비 연결하기



경고

전원 장치는 젖지 않아야 합니다. 액체의 직접적 영향으로부터 전원 장치를 보호하십시오.

전원 케이블

제공되는 전원 케이블은 사용 국가에 따라 결정됩니다:

- 커넥터 SEV 12 가 포함된 6.2122.020 (스위스, ...)
- 커넥터 CEE(7), VII 가 포함된 6.2122.040 (독일, ...)
- 커넥터 NEMA 5-15 가 포함된 6.2122.070 (미국, ...)

전원 케이블은 3 선(core) 형이며 접지 커넥터가 포함되어 있습니다. 다른 커넥터를 연결해야 하는 경우에는, 황색/녹색 라인(IEC 표준)을 접지에 연결하십시오(보호 등급 I).

1 전원 케이블 연결하기

- 전원 케이블을 전원 소켓(2-4)에 꽂으십시오.
- 전원 케이블을 전원에 연결하십시오.

2 장비 켜기 및 끄기

전원 스위치(2-3)에서 장비를 켜거나 끄십시오.

전원을 켜면 시스템 테스트가 진행되는 동안 장비의 앞면에 있는 LED가 점멸되고 소프트웨어와의 연결이 이루어집니다. 시스템 테스트가 종료되고 소프트웨어와의 연결이 이루어진 상태에서는 LED가 지속적으로 점등됩니다.

3.18 보호 컬럼

보호 컬럼의 기능은 분리 컬럼을 보호하는 것이며 이로 인해 분리 컬럼의 수명이 현저하게 연장됩니다. Metrohm사에서 구입할 수 있는 보호 컬럼은 독립형 보호 컬럼으로 제공되거나 카트리지와 함께 사용되는 보호컬럼 카트리지로 제공됩니다. 홀더에 보호컬럼 카트리지를 설치하는 방법은 보호 컬럼의 기술사양서에 설명되어 있습니다.



참고

어떤 보호 컬럼이 적합한지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램** (Metrohm 대리점에서 제공), 동봉된 분리컬럼의 기술 사양서, 홈페이지 <http://www.metrohm.com>에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나(제품 영역의 이온 크로마토그래피 참조) 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.



주의

새로운 보호 컬럼은 용액으로 채워져 있고 양측이 마개 또는 캡으로 밀폐되어 있습니다. 보호 컬럼을 연결하기 전에, 사용된 용리액과 이 용액을 혼합할 수 있는지 확인하십시오(제조사 지침 준수).



참고

보호 컬럼은 장비의 **최초 시운전**(참조: 장 4.1, 페이지 53) 후에 비로소 설치할 수 있습니다. 그때까지는 보호 및 분리 컬럼대신 커플링 6.2744.040을 사용하십시오.

보호 컬럼 연결 및 세척

1 보호 컬럼 연결



주의

보호 컬럼 설치 시, 반드시 명시된 흐름 방향(명시된 경우)에 맞게 올바르게 연결되는지 확인하십시오.

- 보호 컬럼에서 밀봉 캡 또는 마개를 떼어내십시오.
 - 짧은 PEEK 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 보호 컬럼의 아래 끝부분을 컬럼 입구 모세관에 고정하십시오.
 - 짧은 PEEK 조임나사 6.2744.070 을 이용하여, 보호 컬럼과 함께 공급된 연결 모세관(3.4224.240)을 보호 컬럼의 상단 끝부분에 고정하십시오.
- 상단 끝부분을 직접 분리 컬럼에 조일 수 있는 보호 컬럼도 있습니다.

2 보호 컬럼 세척

- 보호 컬럼의 출구 모세관에 비커를 받히십시오.
- 고압 펌프를 켜고 보호 컬럼을 약 5 분간 용리액으로 세척하십시오. 컬럼 기술 사양서에 명시된 바와 같이 유량을 조절하십시오.
- 고압 펌프를 다시 끄십시오.

3.19 분리 컬럼

지능형 분리 컬럼(Column)은 이온 크로마토그래피 분석의 핵심 요소입니다. 이 분리 컬럼은 컬럼과의 상호 작용을 통해 다양한 구성 성분을 분리합니다. Metrohm 분리 컬럼에는 컬럼의 기술 사양 및 이력(시운전, 운전 시간, 주입 횟수, ...)에 관한 정보가 저장된 칩이 내장되어 있습니다.



참고

어떤 분리 컬럼이 사용에 적합한 지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램**, 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 의 제품 영역 이온 크로마토그래피에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.



주의

신형 분리 컬럼은 용액으로 채워져 있고 양측이 마개로 밀폐되어 있습니다. 컬럼을 연결하기 전에, 사용된 용리액과 이 용액을 혼합할 수 있는지 확인하십시오(제조사 지침 준수).

현재 Metrohm사에서 구입할 수 있는 분리 컬럼 및 보호 컬럼은 Metrohm IC 컬럼 프로그램 또는 인터넷 홈페이지 <http://www.metrohm.com>의 제품영역 이온 크로마토그래피에 소개되어 있습니다. 각 컬럼에는 테스트 크로마토그램과 기술 사양서가 함께 제공됩니다. 특수 IC 어플리케이션에 관한 세부 정보는 홈페이지 <http://www.metrohm.com>의 어플리케이션 영역에 제공되는 해당 "Application Bulletins" 또는 "Application Notes"를 참조하거나 또는 해당 Metrohm 대리점에서 무료로 요청하실 수 있습니다.



참고

분리 컬럼은 장비의 **최초 시운전**(참조: 장 4.1, 페이지 53) 후에 설치해야 합니다. 그때까지는 보호 및 분리 컬럼대신 커플링 6.2744.040을 사용하십시오.

분리 컬럼 연결 및 세척

1 분리 컬럼 연결



주의

컬럼 설치 시, 반드시 명시된 흐름 방향에 맞게 올바르게 연결되는지 확인하십시오.

- 분리 컬럼에서 마개를 떼어내십시오.
- 짧은 PEEK 조임나사 6.2744.070을 이용하여 분리 컬럼의 하단 끝부분을 보호 컬럼(사용되는 경우)의 출구 모세관 또는 컬럼 입구 모세관에 연결하십시오.

2 분리 컬럼 세척

- 분리 컬럼의 출구 끝에 비이커를 받치십시오.
- 선택한 분리 컬럼에 적합한 값으로 고압 펌프의 유량을 조절하십시오.
- 고압 펌프를 켜고 분리 컬럼을 약 10 분간 용리액으로 세척하십시오.
- 고압 펌프를 다시 끄십시오.

3 분리 컬럼 부착

- 짧은 PEEK 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 컬럼 출구 모세관을 분리 컬럼의 상단 끝부분에 고정하십시오.
- 칩과 함께 분리 컬럼을 컬럼 홀더에 연결하십시오.



참고

iColumn에는 해당 운전 데이터가 저장된 칩이 내장되어 있습니다. 컬럼 인식 기능이 올바르게 작동하도록 하기 위해, 칩을 해당 칩 홀더에 부착해야 합니다

4 시운전

장 시운전 편은 2 개의 단원으로 나누어져 있습니다:

최초 시운전

최초 시운전은 최초 설치 시 실시됩니다.

상태점검

상태점검은 설치 종료 시 및 시스템의 시작 후에 매번 수행됩니다.

4.1 최초 시운전

최초 시운전은 최초 설치 중에 실시됩니다. 보호 및 분리 컬럼의 설치 전에, 시스템 전체가 세정됩니다.



주의

최초 시운전 시 분리 컬럼 및 보호 컬럼은 설치하지 말아야 합니다. 컬럼대신 커플링 6.2744.040 이 연결되었는지를 확인하십시오.

최초 시운전 시 다음과 같은 단계를 실시하십시오:

1 소프트웨어 준비

- PC 프로그램 **MagIC Net** 을 시작하십시오.
- **MagIC Net** 에서 **평형화 탭**을 여십시오.**MagIC Net** 에서 **평형화** 탭을 여십시오.
- 적합한 방법을 선택하십시오(또는 만들기 하십시오)

2 장비 준비

- 용리액 흡입호스가 용리액에 담겨지고 충분한 용리액이 용리액병에 존재하는지를 확인하십시오.
- 장비를 켜십시오.

3 고압 펌프 배기

- 퍼지 밸브를 통해 고압 펌프를 배기시키십시오(**참조: 장 3.10.2, 페이지 35**).

4 컬럼 없이 장비 세척

- 컬럼 없이 장비를 5 분 동안 용리액으로 세정하십시오.

이제 장비가 컬럼의 설치를 위해 준비된 상태입니다.

4 시스템 상태 점검

원하는 바탕선 안정성에 도달할 때까지 용리액으로 시스템을 세정하십시오(일반적으로 30 분).

이제 본 장비는 시료 측정을 위해 준비된 상태입니다.

5 운전 및 유지보수

5.1 일반적 참고 사항

5.1.1 관리



경고

교육을 이수하지 않은 인원은 장비의 하우징을 개방하지 말아야 합니다.

장비는 적절한 관리가 요망됩니다. 장비의 과도한 오염은 경우에 따라서 기능 장애를 발생시킬 수 있으며 견고한 기계 및 전자장치의 수명을 단축시킵니다.



주의

설계적 조치를 통해 과도한 오염이 상당 수준 억제되지만, 침식성 매체가 장비 내부에 침투된 경우에는 장비 전자장치의 손상을 방지하기 위해 즉시 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 이러한 유형의 손상이 발생한 경우 Metrohm 서비스 부서에 통보해야 합니다.

유출되는 액체로 인한 손상으로부터 보호하기 위하여 장비의 후면에는 배출 호스를 부착하고 리크 센서를 장착한 후에 작동시켜야 합니다.

화학물질 및 용매의 유출을 즉시 차단해야 합니다. 우선적으로 (특히 전원 커넥터의) 플러그를 오염으로부터 보호해야 합니다.

5.1.2 Metrohm 서비스를 통한 유지보수

장비의 유지보수는 Metrohm사의 전문 인원에 의해 실시되는 연간 서비스 일정에 따라 실시하는 것이 바람직합니다. 침식성 및 부식성 화학물질로 빈번하게 작업하는 경우에는, 유지보수 주기를 단축할 것을 권장합니다. Metrohm 서비스 부서에서는 항상 모든 Metrohm 장비의 유지보수에 관한 전문적 자문을 제공합니다.

5.1.3 가동



주의

장애를 발생시키는 온도 영향을 방지하기 위해, 용리액병을 포함한 시스템 전체를 직사 광선으로부터 보호해야 합니다.

5.1.4 가동중단

장비의 가동을 장기간 중단하는 경우에는 후속 손상을 동반하는 용리액 염의 석출을 방지하기 위해, 메탄올/초순수()를 이용해 IC 시스템 전체를 (분리 컬럼 없이) 깨끗하게 세척해야 합니다.

세척 과정에서 보호 컬럼 및 분리 컬럼이 용리액 경로에서 분리됩니다. 연결 모세관은 커플링 6.2620.040 을 통해 서로 직접 연결됩니다. 전도도가 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 미만으로 떨어질 때까지 메탄올/초순수(1:4)로 세척됩니다.

재가동하기 전에 그리고 보호 및 분리 컬럼을 연결하기 전에 용리액을 이용해 시스템을 적어도 15 분간 세정하십시오.

5.2 모세관 연결부

5.2.1 가동

주입 밸브 (참조: 장 3.14, 페이지 41), 분리 컬럼 (참조: 장 3.19, 페이지 50) 및 검출기 (참조: 장 3.16, 페이지 46) 사이의 모든 연결부는 가능한 짧아야 하며 불감 부피가 적어야 하고 반드시 밀봉된 상태여야 합니다. 검출기 뒤의 PEEK 모세관은 흐름이 자유로운 상태여야 합니다 (측정셀은 5 MPa = 50 bar 의 역압에서 검사됨). 고압 범위에서 고압 펌프(참조: 장 3.10, 페이지 33)와 검출기 사이에는 내경이 0.25 mm 인 PEEK 모세관만 사용하십시오.

5.3 도어



주의

도어는 PMMA(폴리에틸메타크릴레이트)로 이루어 집니다. 도어는 절대 연마재나 용매로 청소하지 말아야 합니다.



주의

절대 도어를 손잡이로 사용하지 마십시오.

5.4.2.3 용리액 교환

용리액 교환 시 침전물이 발생하지 않는지를 확인해야 합니다. 연속적으로 사용이 이어지는 용액은 서로 혼합이 가능해야 합니다. 유기 용매를 이용해 시스템을 세척해야 하는 경우에는, 증가 또는 감소하는 친지질성의 다양한 용매를 사용해야 합니다.

5.5 고압 펌프

5.5.1 보호



주의

펌프 헤드는 출고 시 메탄올/초순수로 채워집니다. 사용된 용리액이 펌프 헤드에 남은 용매와 혼합될 수 있는지를 확인해야 합니다.

외부 입자로부터 고압 펌프를 보호하기 위해, 용리액을 **미세여과**하고 (필터 0.45 µm) 용리액을 흡입 필터 6.2821.090(참조: "용리액 흡입호스 부착", 페이지 27)을 통해 흡입할 것을 권장합니다.

피스톤과 실 사이의 **염결정**은 마모 입자를 만들어 용리액으로 유입될 수 있습니다. 이는 밸브 오염, 압력증가 및 극단적인 경우 피스톤의 굽힘을 발생시킵니다. 따라서 **석출물** 발생이 나타나지 않도록 주의하십시오(참조: 장 5.4.2.3, 페이지 59).



주의

펌프 실을 보호하기 위해 펌프는 액체없이 운전하지 말아야 합니다. 따라서 용리액 공급관이 올바르게 연결되고 충분한 용리액이 용리액병에 존재하는지를, 펌프를 켜기 전에 매번 확인하십시오.

5.5.2 유지보수



주의

고압 펌프에서 유지보수 작업을 시작하기 전에 장비를 꺼야 합니다.

5.5.2.1 펌프 헤드

대부분의 경우 불안정한 바탕선(맥동, 흐름 변동)의 원인은 오염된 밸브 (30-10), (30-11) 또는 고압 펌프에서 리크가 있는 고장난 피스톤 실 (30-8) 입니다. 오염된 밸브의 청소 및/또는 피스톤 (30-3), 피스톤 실 및 밸브와 같은 마모 부품의 교환 시 다음과 같이 진행하십시오:

펌프 헤드 유지보수

이 유지보수 작업은 적어도 매년 일회 실시해야 합니다.

1 펌프 헤드 탈거

- 고압 펌프를 끄고 감압될 때까지 기다리십시오.
- 펌프 헤드(18-4)에서 입구 모세관(18-7)의 용리액 흡입호스(19-4)를 제거하십시오(참조: 장 3.10.1, 페이지 33).
- 펌프 헤드에서 펌프 헤드 입구 모세관(18-7)을 푸십시오.
- 펌프 헤드에서 펌프 헤드 출구 모세관(18-13)을 푸십시오.
- 소켓 랜치 6.2621.030 을 이용하여 펌프 하우징에서 4 개의 고정나사(18-5)를 풀어 펌프 헤드를 제거하십시오. 좌측에(앞에서 볼 때) 주 피스톤이 있고, 우측에 보조 피스톤이 존재합니다.

2 펌프 헤드 분해

- 펌프 헤드(18-4)를 그 구성 부품으로 분해하십시오(참조: 그림 30, 페이지 61).




그림 30 표준 펌프 헤드의 구성 요소

1 펌프 헤드 6.2824.110	2 피스톤장치 나사
3 피스톤 샤프트 6.2824.070 이 포함된 지르콘 피스톤	4 스프링 시트
5 스프링 6.2824.060	6 피스톤 장치
7 지지링	8 피스톤 실 6.2741.020
9 입구밸브 홀더	10 입구밸브 6.2824.170
11 출구밸브 6.2824.160	12 출구밸브 홀더

3 피스톤 청소/교환



주의

의도치 않게 피스톤(30-3)이 피스톤 장치(30-6)에서 튀어 나오는 것을 방지하기 위해, 매우 조심스럽게 손으로 나사(30-2)를 풀어야 합니다.

- 마모물 또는 침착물로 오염된 피스톤을 순수한 연마 분말로 청소하고 입자가 제거될 때까지 초순수로 세정한 후에 건조시키십시오. 그렇지 않을 경우 상황에 따라서 피스톤 장치의 내측벽을 약간의 그리스 6.2803.010 을 칠하십시오.
- 심하게 오염되거나 굵은 피스톤은 교체하십시오(대체 부품: 지르콘 피스톤 6.2824.070).

4 피스톤 실 교환



주의

피스톤 실을 제거하기 위해 특수 공구 6.2617.010(31-**1**)이 필요
합니다. 피스톤 실에 특수 공구를 조이면 피스톤 실이 완전히
파손됩니다!



주의

펌프 헤드(18-4)에서 실 표면이 손상되지 않아야 합니다(공구와의 접촉 방지)!

- 좁은 쪽에서 특수 공구(31-1)를 피스톤 실에 조이고 그 다음 공구를 당겨 뽑으십시오.(참조: 그림 31, 페이지 63).
- 손으로 새 피스톤 실을 특수 공구(31-2)의 홈에 삽입하십시오.(참조: 그림 31, 페이지 63). 이때 실 스프링이 외측에 있어야 합니다.
- 피스톤 실과 함께 특수 공구(31-2)를 펌프 헤드(18-4)에 삽입하고 특수 공구(31-1)를 이용해 실을 펌프 헤드 홈에 압입하십시오.(참조: 그림 31, 페이지 63).




그림 31 피스톤 실 교환

1 특수 공구 6.2617.010

두 개의 부분으로 구성됨: 피스톤 실(31-3)의 제거를 위한 부분.

2 특수 공구 6.2617.010

두 개의 부분으로 구성됨: 피스톤 실(31-3)의 부착을 위한 부분.

3 피스톤 실 6.2741.020**5 입구밸브 및 출구밸브 청소****주의**

과실로 인해 출구밸브(30-11)대신 입구밸브(30-10)를 장착한 경우에는, 작동 실린더내에서 매우 높은 압력이 형성되고, 피스톤 실(30-8)이 파손될 수 있습니다!

정확하게 장착하기 위해서는, 액체가 아래에서 위로 펌프 헤드를 통과하여 흐르는 지를 확인해야 합니다. 밸브의 흐름 방향은 깨끗한 밸브로 공기를 분사시킴으로써 쉽게 확인할 수 있습니다. 양측 밸브의 검정색 정면이 펌프 헤드 방향을 향하도록 장착됩니다(참조: 그림 30, 페이지 61).

밸브가 오염되거나 막힌 경우에는 우선 전체를 분해하지 말고 청소를 실시해야 합니다:

- 펌프 헤드의 시트에서 밸브를 쏜 후에, 이 상태를 유지하면서 개방하지는 마십시오.
- 오염되거나 막힌 밸브는 초순수, RBS 용액 또는 아세톤을 이용해 세척하여 청소하십시오. 세척 효과는 초음파 세척조에 단기간 담글 경우 더욱 증대됩니다(최대 20 초, 더 길 경우 밸브의 루비구(ruby ball)가 손상될 수 있음).

청소를 통해 문제를 해결할 수 없는 경우에는 밸브를 분해해야 합니다(참조: 그림 32, 페이지 64):

- 공구 6.2617.020 을 이용해 하우스징에서 밸브 구성요소를 분해 하십시오.
- 밸브 구성요소를 초순수 및/또는 아세톤으로 세척하고 종이 타올로 루비구를 청소하십시오.
- 밸브를 다시 조립하십시오. 입구밸브 및 출구밸브의 구성요소는 동일하며, 단지 사파이어 슬리브(32-7)와 세라믹 홀더(32-9)의 위치만 다릅니다.




그림 32 입구밸브와 출구밸브의 구성요소

1 입구밸브 6.2824.170

2 출구밸브 6.2824.160

3 입구밸브 밸브하우징	4 출구밸브 밸브하우징
5 실 링 (검정색)	6 슬리브
7 사파이어 슬리브 광택면이 루비구를 향해야 합니다.	8 루비구
9 루비구의 세라믹 홀더	10 실 더 큰 구멍이 외측을 향해야 합니다.

6 펌프 헤드 조립



주의

펌프 헤드가 반대 방향으로 배치되는 것을 방지하기 위해, 펌프 헤드 뒷면에서 고정핀을 위한 구멍의 깊이가 다른 구멍보다 깊게 형성되어 있습니다. 가장 깊은 구멍은 가장 긴 핀을 위한 것입니다. 그렇지 않을 경우 펌프가 원활하게 작동하지 않습니다.

- 펌프 헤드(18-4)의 구성요소를 다시 조립하십시오(참조: 그림 30, 페이지 61).
 - 손으로 나사(30-2)를 강하게 조이십시오.
 - 우선 손으로 피스톤 장치(30-6)를 스톱퍼에까지 조이고, 이어서 드라이버를 이용해 15° 더 조이십시오.
 - 양측 밸브 나사 홀더((30-9) 및 (30-12))를 드라이버로 완전히 조이십시오.
- 4 개의 고정나사(18-5)를 이용해 펌프 헤드를 다시 펌프에 부착하십시오. 이때 소켓 렌치 6.2621.030 을 이용해 나사를 완전히 조이십시오.
- 연결 모세관((18-7) 및 (18-13))을 다시 펌프 헤드에 조이십시오(참조: 그림 18, 페이지 33).

5.6 인라인 필터

5.6.1 유지보수

인라인 필터 6.2821.120 은 필터 하우징(33-**2**), 필터 나사(33-**4**) 및 필터(33-**3**)로 구성됩니다. 새로운 필터(33-**3**)는 주문번호 6.2821.130 으
로 구입할 수 있습니다(10 개).

필터 6.2821.130(21-**3**)은 3 개월마다 교환해야 합니다(높은 역압에서
는 더 자주 교환).




그림 33 필터 교환

1	조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070	2	필터 하우스 인라인 필터의 하우스. 부속품 6.2821.120에 포함됨.
3	필터 6.2821.130 하나의 포장에 10 개 포함.	4	필터 나사 인라인 필터의 나사. 부속품 6.2821.120에 포함됨.
5	연결 모세관		

필터 교환

필터를 교환하기 전에 흐름을 정지시켜야 합니다.

1 인라인 필터 탈거

- 인라인 필터에서 조임나사(33-1)를 푸십시오.

2 필터 나사 풀기

- 필터 나사(33-4)를 필터 하우징(33-2)에서 푸십시오.

3 필터 삽입

- 기존의 필터(33-3)를 제거하십시오.
- 새 필터(33-3)를 수평으로 필터 하우징(33-2)에 삽입하십시오.

4 필터 나사 부착

- 필터 나사(33-4)를 다시 필터 하우스징(33-2)에 조이십시오.

5 인라인 필터 다시 부착

- 조임나사(33-1)를 다시 인라인 필터에 조이십시오.

6 인라인 필터 세정



주의

새로운 인라인 필터는 용매로 채워져 있습니다. 새로운 인라인 필터를 설치한 후에는 분리 컬럼 없이 IC 시스템을 세심하게 세척하십시오.

- 보호 컬럼(존재하는 경우) 및 분리 컬럼을 탈거하고 커플링 6.2744.040 으로 대체하십시오.
- 용리액으로 장비를 세정하십시오.

5.7 인라인 시료 전처리

분리 성능을 침해할 수 있는 외부 입자로부터 분리 컬럼(참조: 장 3.19, 페이지 50)을 보호하기 위해, 모든 시료에 대해 미세여과를 실시할 것을 권장합니다(필터 0.45 μm). **여과** 시 한외 여과셀을 사용할 수 있습니다(참조 문서: *한외 여과를 위한 IC 장치*).

다량의 **기체 함유성** 시료는 탈기시켜야 합니다. 탈기에는 시료 탈기 장치(참조: 장 3.13, 페이지 39)(존재하는 경우)가 사용됩니다.

매트릭스가 포함된 시료(예를 들어 혈액, 오일)은 투석을 통해 시료를 처리할 수 있습니다(참조 문서: *투석을 위한 IC 장치*).

시료 농도가 너무 높은 경우, 사용 전에 **희석시켜야** 합니다(참조 문서: *시료 희석을 위한 IC 장치*).

시료 전처리 방법 **중화**(예를 들어 Na^+ 를 H^+ 로 교환) 및 **양이온 교환**(예를 들어 중금속을 H^+ 로 교환)을 위하여 시료 전처리 모듈(SPM)이 사용됩니다.

5.8 시료 경로의 세척

측정 결과가 이전 시료로 인해 왜곡되는 것을 방지하기 위해, 새로운 시료를 측정하기 전에 시료 경로를 이 시료로 세척해야 합니다(시료 잔류오염).

자동 시료 주입 시 세척 시간은 **운반 시간**의 3-배여야 합니다. 운반 시간이란 시료 용기에서부터 시료 루프의 끝부분까지 시료가 흐르는데 필요한 시간입니다.

운반 시간의 측정

운반 시간은 시료 탈기 장치(사용하는 경우)에 의해 제거된 기체의 체적(즉 시료 내의 기체량), 연동펌프의 펌프 성능 및 총 모세관 체적에 따라 결정됩니다.

1 시료 경로 비우기

모든 액체가 공기를 통해 배출될 때까지, 몇 분 동안 시료 경로(펌프 호스, 호스 연결부, 탈기장치 내의 모세관, 시료 루프)로 공기를 펌핑하십시오.

2 시료 흡입 및 시간 측정

차후 사용에 필요한 시료를 흡입하고, 시료가 시료 용기에서부터 시료 루프의 끝부분에까지 흐르는데 필요한 시간을 스톱워치로 측정하십시오.

이 시간이 "운반 시간"에 해당합니다. 세척 시간은 적어도 운반 시간의 3 배여야 합니다.

세척 시간의 점검

적용된 세척 시간이 충분한 시간인지의 여부는, 시료 잔류오염을 통해 직접 확인할 수 있습니다. 이를 위해 다음과 같이 진행하십시오:

1 두 가지 시료 준비

- **시료 A:** 사용에 필요한 주된 시료.
- **시료 B:** 초순수.

2 "시료 A" 측정

"시료 A"를 세척 시간에 해당하는 기간동안 시료 경로로 흐르게 하고, 주입한 후 측정하십시오.

3 "시료 B" 측정

"시료 B"를 세척 시간에 해당하는 기간동안 시료 경로로 흐르게 하고, 주입한 후 측정하십시오.

4 시료 잔류오염 계산

시료 잔류오염의 정도는 시료 A 측정에 대한 시료 B 측정의 피크 면적비에 해당합니다. 이 비율이 적을수록 시료 잔류오염이 낮습니다. 세척 시간을 조정함으로써 이 비율을 조절할 수 있으며, 이렇게 함으로써 사용에 필요한 세척 시간을 측정할 수 있습니다.

5.9 시료 탈기장치**5.9.1 가동**

시료 탈기장치를 사용하는 경우에는, 길어진 "운반 시간"(참조: *운반 시간의 측정, 페이지 68*)으로 인해 더 오래 세척해야 합니다(다음 시료 사용). 잔류 오염 현상을 방지하기 위하여, 세척 시간은 적어도 "운반 시간"의 3 배여야 합니다. "운반 시간" 자체는 펌프 성능, 총 모세관 체적 및 제거된 기체의 체적에 따라 결정됩니다(즉 시료 내의 기체량).

**참고**

시료 탈기장치의 사용 시 세척 시간이 적어도 2 분정도 길어집니다.

5.10 주입 밸브**5.10.1 보호**

주입 밸브의 오염을 방지하기 위해 인라인 필터 6.2821.120(참조: *장 3.11, 페이지 37*)이 고압 펌프와 맥동 댐퍼 사이에 연결되어야 합니다.

5.12.2 보호

분리 성능을 저해할 수 있는 외부 입자로부터 분리 컬럼을 보호하기 위해, 용리액 뿐 아니라 시료도 미세여과하고 (필터 0.45 µm) 용리액을 흡입 필터 6.2821.090 을 통해 흡입할 것을 권장합니다.

보호 컬럼(참조: 장 3.18, 페이지 49)의 기능은 분리 컬럼을 보호하는 것이며 이로 인해 분리 컬럼의 수명이 현저하게 연장됩니다. 어떤 보호 컬럼이 분리 컬럼에 적합한 지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램** (Metrohm 대리점에서 제공), 동봉된 분리컬럼의 기술 사양서, 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나(제품 영역의 이온 크로마토그래피 참조) 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.

주입으로 인한 압력 변화로부터 컬럼 재료를 보호하기 위해 맥동 댐퍼(참조: 장 3.12, 페이지 38)를 설치해야 합니다.

5.12.3 보관

사용하지 않을 경우 분리 컬럼을 항상 밀폐하여 보관하고 컬럼 제조사의 규정에 따라 채운 상태로 보관하십시오.

5.12.4 재생



참고

재생은 마지막 수단에 해당하며 정기적으로 실시하기 위한 것이 아닙니다.

컬럼의 분리 특성이 저하된 경우, 컬럼 제조사의 규정에 따라 컬럼을 재생할 수 있습니다. Metrohm 에서 구입할 수 있는 분리 컬럼에서는 각 컬럼과 함께 제공되는 기술 사양서에 재생 규정이 명시되어 있습니다.

5.13 Metrohm 을 통한 품질 관리 및 검증

품질 관리

Metrohm 사에서는 장비 및 소프트웨어의 품질 관리 조치 시 다양한 포괄적인 지원을 제공합니다. 이와 관련된 정보는 귀하의 지역 Metrohm 대리점에서 제공하는 브로셔 **«메트롬을 통한 품질 관리»**를 참조하십시오.

검증

장비 및 소프트웨어의 검증 시 지원을 받기 위해, 귀하의 지역 Metrohm 대리점에 문의하시기 바랍니다. 여기에서는 **설치 인증**(IQ = Installation Qualification) 및 **가동 인증**(OQ = Operational Qualification) 시 도움이 되는 검증 문서도 받아 보실 수 있습니다. IQ 및 OQ 는

6 문제 처리

6.1 문제와 해결

문제	원인	조치
뚜렷한 감압	시스템 내의 리크.	연결부 점검 및 밀봉(참조: 장3.5, 페이지 14).
뚜렷한 압력 증가	인라인 필터 6.2821.120 막힘.	필터 6.2821.130 을 교체하십시오.(참조: 장 5.6, 페이지 66)
	전도도 검출기 막힘.	- 모세관 끝부분을 몇 mm 잘라내십시오 (참조: 장5.11.1, 페이지 70). - 일반 흐름 방향의 역방향으로 검출기 세척(참조: 장5.11.1, 페이지 70).
	보호 컬럼 - 막힘.	보호 컬럼을 교환하십시오(참조: 장3.18, 페이지 49).
	분리 컬럼 - 막힘.	- 분리 컬럼을 재생하십시오(참조: 장 5.12.4, 페이지 71). - 분리 컬럼을 교체하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 51). 참고: 시료는 항상 미세여과해야 합니다(참조: 장5.7, 페이지 67).
	주입 밸브 - 밸브 막힘.	밸브를 청소하십시오(Metrohm 서비스 기술자를 통해).
바탕선의 이동	아직 열평형에 도달하지 않음.	컬럼 항온기(참조: 장3.15, 페이지 43)가 켜진 상태에서 장비의 상태점검을 실시하십시오(참조: 장4.2, 페이지 54).
	시스템 내의 리크.	연결부 점검 및 밀봉(참조: 장3.5, 페이지 14).
	용리액 - 용리액에서 유기 용매의 증발.	용리액병 캡을 점검하십시오(참조: 그림 14, 페이지 28).
심하게 유동적인 바탕선	고압 펌프 - 오염된 펌프 밸브.	펌프 밸브를 청소하십시오(참조: 장5.5.2, 페이지 59).
	용리액 - 용리액 경로에서의 리크.	용리액 경로를 점검하십시오.

74 ■■■■■■

문제	원인	조치
	시료 - 세척액 체적 너무 적음.	세척 시간 연장(참조: 장 5.8, 페이지 68).
	주입 밸브 - 고장.	Metrohm 서비스에 문의하십시오.
크로마토그램에서 예기치 않은 체류시간 변화	분리 컬럼 - 불량한 분리 성능.	■ 분리 컬럼을 재생하십시오(참조: 장 5.12.4, 페이지 71). ■ 분리 컬럼을 교체하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 51).
	용리액 - 용리액 내의 기체 기포.	용리액 탈기장치의 연결부를 점검하십시오(참조: 장 3.9, 페이지 31).
	고압 펌프 - 고장.	Metrohm 서비스에 문의하십시오.
크로마토그램에서 피크의 현저한 확대. 분할(더블 피크).	연결부 - 시스템 내의 불감 부피.	연결부(참조: 장 3.5, 페이지 14)를 점검하십시오(주입 밸브와 검출기 사이에는 0.25 mm 내경의 PEEK 모세관을 사용하십시오).
	보호 컬럼 - 불량한 성능.	■ 보호 컬럼을 교체하십시오(참조: 장 3.18, 페이지 49).
	분리 컬럼 - 컬럼 헤드의 불감 부피.	■ 분리 컬럼을 흐름 방향의 역방향으로 설치하십시오(기술 사양서에 명시된 경우에 한해). ■ 분리 컬럼을 교체하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 51).
크로마토그램의 해상도가 불량함	분리 컬럼 - 불량한 분리 성능.	■ 분리 컬럼을 재생하십시오(참조: 장 5.12.4, 페이지 71). ■ 분리 컬럼을 교체하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 51).

7.5 하우징

치수

폭	365 mm
높이	642 mm
깊이	380 mm

바닥 판, 하우징 및 덮개판 재료 화재 등급 V0 에 해당하는 내화염성 폴리우레탄 경질 폼(PUR), CFC 비포함, 도장됨

조작 부재

인디케이터	전원 표시용 LED
On/Off 스위치	장비 뒷면

7.6 용리액 탈기장치

재료	테플론 AF™
내용매성	제한 없음(PFC 는 예외)
진공 구축 시간	< 60 s

7.7 고압 펌프

타입

- 직렬 더블 피스톤 펌프
- 지능형 펌프 헤드 인식장치
- 화학적 비활성
- 금속이 포함되지 않은 펌프 헤드
- 용리액과 접촉하는 재료: PEEK, ZrO₂, PTFE/PE
- 자가 최적화 유량 및 압력

운반능력

조절식 유량	0.001...20.0 mL/min
유량 증가량	1 µL/min
용리액 유량의 재현성	< 0.1 % 편차

압력범위

펌프	0...50.0 MPa (0...500 bar)
펌프 헤드	0...35.0 MPa (0...350 bar) (표준 PEEK 펌프 헤드에 적용됨)
잔류 맥동	< 1 %

안전차단

기능	압력 한계값에 도달 시 자동 차단
----	--------------------

최대 압력 한계값	■ 조절 범위: 0.1...50 MPa (1...500 bar) ■ 최대 압력 한계값을 초과하는 최초 피스톤 행정 시 펌프가 자동으로 차단됨
최소 압력 한계값	■ 조절 범위: 0...49 MPa (0...490 bar) ■ 0 MPa에서는 가동정지 장치가 작동하지 않음 ■ 가동정지 장치는 시스템 시동 후 2 분 후에 비로소 활성화됨 ■ 3 개의 펌프 행정 후에 최소 압력 한계값에 미달하는 경우 펌프가 자동으로 차단됨
경사 능력	등용매 또는 기울기 용리(사차까지 수행가능)
프로파일	단계적, 선형, 블록 및 오목
해상도	< 1 nL/min 유량 변화

7.8 시료 탈기장치

재료	테플론 AF™
내용매성	제한 없음(PFC 는 예외)
진공 구축 시간	< 60 s

7.9 주입 밸브

액추에이터의 스위칭 시간	전형적으로 100 ms
최대 운전압	35 MPa (350 bar)
재료	PEEK

7.10 컬럼 항온기

타입	두 개의 지능형 분리 컬럼을 위한 Peltier-Technik 항온기
조절 가능한 온도 범위	0...+ 80 °C, 0.1 °C 의 단계로 조절
가열	주변 온도 +50 °C
냉각	주변 온도 -20 °C
온도 재현성	± 0.2 °C
안정성	< 0.05 °C
가열 시간	30 분 미만에(<) 20 에서 50 °C 로
냉각 시간	40 분 미만에(<) 50 에서 20 °C 로

타입	■ 마이크로 프로세서 제어식 Digital-Signal-Processing (DSP 기술) ■ 6 개의 표준 크로마토그램을 구비한 지능형 검출기
측정 범위	0...15000 $\mu\text{S/cm}$, 측정범위 전환 불필요
노이즈	1 $\mu\text{S/cm}$ 에서 0.1 nS 미만(<)
이동	시간당 0.2 nS/cm 미만(<)
측정 속도	필터링이 이루어지지 않는 최적의 결과에 대해 초당 10 회 측정
해상도	0.0047 nS/cm
바탕선	노이즈 < 3 nS/cm, 서프레이션이 없는 경우 전형적인 값
전도도 검출기	
셀 체적	0.8 μL
셀 상수	■ 개별적 보정 데이터가 검출기에 저장됨 ■ 조절 범위: 13.0...21.0 /cm
전극	스테인레스 강철 재질의 환형 전극
용리액과 접촉하는 재료	화학적 비활성인 PCTFE
최대 운전압	5.0 MPa (50 bar)
셀 온도	20...50 $^{\circ}\text{C}$, 5 $^{\circ}\text{C}$ 의 단계로 조절
온도 안정성	< 1 $^{\circ}\text{C}$
온도 보상	0...5 %/K 조절가능, 표준 2.3 %/K
가열 시간	< 30 분 (40 $^{\circ}\text{C}$)

필요한 전압	100...240 V $\pm$ 10 % (자동 감지)
필요한 주파수	50...60 Hz $\pm$ 3 (자동 감지)
소비전력	■ 일반적 분석 사용 시 65 W ■ 25 W 스텐바이 (검출기 40 °C)
전원장치	■ 최대 300 W 까지, 전자장치로 모니터링됨 ■ 내부 퓨즈 3.15 A

7.13 인터페이스

USB

입력

1 USB 업스트림, 타입 B (PC 연결용)

출력

2 USB 다운스트림, 타입 A

MSB

2 개의 MSB MiniDin 8 핀(피메일) (Dosino, 교반기, 원격 라인, ...)



주의

장비를 MSB 커넥터에 연결할 때 Professional IC 850가 꺼진 상태여야 합니다.

검출기

2 DSUB-15 핀 고밀도 (피메일)

컬럼 인식장치

3 개(이중 2 개는 컬럼 항온기(참조: 장 3.15, 페이지 43) 내에)

링크 센서

1 듀얼 커넥터

기타 연결부

- 1 DSUB 15 핀 (피메일)

7.14 안전 표준

설계 / 시험

- EN/IEC/UL 61010-1
- CSA-C22.2 No. 61010-1
- 보호등급 IP20
- 보호등급 I

7.15 전자기 적합성 (EMC)

전도 방출

- EN/IEC 61326-1:2006
- EEN 55022 / CISPR 22: 2004
- EN/IEC 61000-3-2: 2006
- EN/IEC 61000-3-3: 2006

전도 내성

- EN/IEC 61326-1:2006
- EN/IEC 61000-4-2: 2001
- EN/IEC 61000-4-3: 2002
- EN/IEC 61000-4-4: 2004
- EN/IEC 61000-4-5: 2001
- EN/IEC 61000-4-6: 2001
- EN/IEC 61000-4-8: 2001
- EN/IEC 61000-4-11: 2004
- EN/IEC 61000-4-14: 2004
- NAMUR: 2006



7.16 중량

1.850.3000	31.0 kg (부속품 비포함)
1.850.9010 (전도 도 검출기)	2.3 kg (부속품 포함)
운반용 카트(롤 러 및 손잡이)	1.8 kg

8 적합성 및 보증

8.1 Declaration of Conformity

This is to certify the conformity to the standard specifications for electrical appliances and accessories, as well as to the standard specifications for security and to system validation issued by the manufacturing company.

Name of commodity

850 Professional IC

The 850 Professional IC is an intelligent instrument for ion chromatography analysis.

This instrument has been built and has undergone final type testing according to the standards:

Electromagnetic compatibility

Emission: EN/IEC 61326-1: 2006,
EN 55022 / CISPR 22: 2006,
EN/IEC 61000-3-2: 2006,
EN/IEC 61000-3-3: 2005

Immunity: EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-4-2: 2001,
EN/IEC 61000-4-3: 2002,
EN/IEC 61000-4-4: 2004,
EN/IEC 61000-4-5: 2001,
EN/IEC 61000-4-6: 2001,
EN/IEC 61000-4-8: 2001,
EN/IEC 61000-4-11: 2004,
EN/IEC 61000-4-14: 2004, NAMUR: 2004

Safety specifications

EN/IEC 61010-1: 2001, UL 61010-1: 2004,
CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004, protection class I

It has also been certified by ElectroSuisse, a member of the International Certification Body (CB/IEC).



This instrument meets the requirements of the CE mark as contained in the EU directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC). It fulfils the following specifications:

EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control
and laboratory use – EMC requirements

EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use

Manufacturer

Metrohm Ltd., CH-9101 Herisau/Switzerland

Metrohm Ltd. is holder of the SQS-certificate ISO 9001:2000 Quality management system for development, production and sales of instruments and accessories for ion analysis.

Herisau, 31 March, 2008



D. Strohm

Vice President, Head of R&D



Ch. Buchmann

Vice President, Head of Production

Responsible for Quality Assurance

8.2 Quality Management Principles

Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number 10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure that the standards defined by Metrohm's QM Manual are maintained.

The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments are fully documented and the resulting reports are archived for ten years. The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to be provided by those requiring access to them.

The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is described in Metrohm's QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:

Instrument development

The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing accompanies all phases of instrument development.

Software development

Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are performed to detect programming errors and to assess the program's functionality in a laboratory environment.



Components

All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.

Manufacture

The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.

Customer support and service

Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

8.3 보증 (Warranty)

Metrohm 사는 그 공급품 및 서비스에 있어 재료, 구조 또는 제조상의 오류가 없음을 보증합니다. 보증 기간은 공급일로부터 36 개월이며, 주야간 가동 시에는 18 개월입니다. 보증의 전제조건은 인증된 Metrohm 서비스 조직 이외의 다른 사람이 손 댄 경우 서비스가 불가합니다.

전극 또는 기타 유리 부분에서의 유리 파손은 보증에서 제외됩니다. 정확도 보증과 관련하여 본 매뉴얼의 기술 데이터에 명시된 내용이 적용됩니다. 본 장비의 대부분을 차지하는 외부 제조사 제품에 관련하여 해당 제조사의 보증 규정이 적용됩니다. 보증 의무의 청구에 대한 전제조건으로서 주문자는 그 지급 의무를 기한 내에 이행해야 합니다.

Metrohm 사는 보증 기한의 만기 시점에까지 입증 가능한 결함이 있는 장비에 대해 자체 판단에 따라 자체 정비소에서 무상으로 수리하거나 또는 교환할 의무를 갖습니다. 운반 비용은 주문자가 부담합니다.

부적합한 보관, 부적합한 사용 등과 같은 이유로 발생하는 결함, 즉 Metrohm사와 무관한 결함에 대해서는 보증이 이루어지지 않습니다.

9 부속품



주의

변경 사항이 있을 수 있음.


9.1 공급 범위

2.850.3000 Professional IC 850-AnCat - non-suppressed

수량	주문번호	설명
1	1.850.3000	Professional IC 850-AnCat – non-suppressed
1	6.2122.0x0	냉각장치 커플링이 포함된 전원 케이블 IEC-60320-C13 고객 정보에 따른 케이블 커넥터. 스위스: 타입 SEV 12 6.2122.020 독일, ...: 타입 CEE(7), VII 6.2122.040 미국 등, ...: 타입 NEMA/ASA 6.2122.070
2	1.850.9010	IC 검출기 MF
2	6.1602.160	용리액병 캡 GL 45 건조관 및 흡입호스용 커넥터가 포함된 용리액병용. 구멍 연결부: A-14/15



A clear plastic graduated bottle with a digital display. The display shows '0.000' and '0.000g'. The bottle has a scale from 400 to 1600 ml. The text '2000ml' is printed on the bottle. The text 'MADE IN GERMANY' is printed on the bottle. The text 'ELECTRONIC' is printed on the bottle. The text '0.000g' is printed on the bottle. The text '0.000' is printed on the bottle. The text '400' is printed on the bottle. The text '600' is printed on the bottle. The text '800' is printed on the bottle. The text '1000' is printed on the bottle. The text '1200' is printed on the bottle. The text '1400' is printed on the bottle. The text '1600' is printed on the bottle. The text 'ml' is printed on the bottle. The text 'g' is printed on the bottle. The text 'ELECTRONIC' is printed on the bottle. The text 'MADE IN GERMANY' is printed on the bottle. The text '2000ml' is printed on the bottle. The text '0.000g' is printed on the bottle. The text '0.000' is printed on the bottle. The text '400' is printed on the bottle. The text '600' is printed on the bottle. The text '800' is printed on the bottle. The text '1000' is printed on the bottle. The text '1200' is printed on the bottle. The text '1400' is printed on the bottle. The text '1600' is printed on the bottle. The text 'ml' is printed on the bottle. The text 'g' is printed on the bottle.

수량	주문번호	설명	
1	6.1807.010	내경이 6-9 mm 인 호스용 Y 커넥터 폐기물 호스용 커넥터	
1	6.1815.010	나선 밴드 / 0.5 mm 다양한 케이블 또는 호스의 결합용. 길이 (m): 0.5	
2	6.1816.020	내경이 6 mm 인 실리콘 호스 / 1 m 배출 호스용 재료: 실리콘 고무 외부 지름(mm): 9 내부 지름(mm): 6 길이 (m): 1	



수량	주문번호	설명
2	6.2621.000	조절식 렌치 최대 구경: 20 mm. IC 장비용 길이(mm): 150
		
1	6.2621.030	소켓 렌치 4 mm 4 mm. IC 시료 교환기용 길이(mm): 73
		
1	6.2621.050	포크 렌치 1/4 인치. 1/4 인치 나사용. IC 장비용 길이(mm): 73
		

수량	주문번호	설명	
1	6.2743.080	오버플로우용 플러그, 5 개 Professional IC 장비용	
1	6.2744.014	조임나사 2x UNF 10/32 연결부 포함. PEEK 모세관 연결용 재료: PEEK 길이(mm): 26	
2	6.2744.020	커플링 Luer/UNF IC 장비용 재료: PEEK 길이(mm): 19	
2	6.2744.040	커플링 2 x UNF 10/32 1/16 인치 모세관 연결용. IC 장비용 재료: PEEK 길이(mm): 24	

2	6.2744.090	조임나사, 롱타입
긴 모델. UNF 10/32 연결부 포함. 2 개. PEEK 모세관 연결용. (MCS 및 시료 탈기장치)		
재료:	PEEK	

2	6.2744.210	흡입 필터용 호스 어댑터 Professional IC 장비용	
---	------------	--------------------------------------	---

2	6.2816.020	Luer 커넥터가 포함된 주사기 10 mL
	IC 및 VA 와 같은 다양한 응용분야용	
	재료:	PP
	길이(mm):	102
	용량(mL):	10

수량	주문번호	설명	
1	6.2816.040	퍼지관 PTEE 호스 및 Luer 커넥터 포함. 주사기용. 용리액의 흡입용.	
2	6.2821.090	흡입필터 엘리먼트 기공 크기 20 µm. 세트당 5 개. 흡입호스 6.1834.000 및 공급관 6.1821.040 및 6.1821.050. 재료: PE 외부 지름(mm): 9.5 길이(mm): 35.5	
2	6.2821.130	인라인 필터를 위한 교체 필터 인라인 필터를 위한 교체필터판.	
1	8.850.8041KR	850 Professional IC, 2.850.3000 - AnCat - non-suppressed, 매뉴얼, 한국어	

9.2 옵션 부속품

2.850.3000 Professional IC 850-AnCat - non-suppressed

주문번호	설명	
6.6059.112	MagIC Net™ 1.1 Professional CD : 1 개의 라이선스	
ProfilC 시스템 및 Compact IC 시스템 그리고 Sample Processor, 800 Dosino, 771 Compact Interface 같은 주변기기를 제어하는 PC 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 제어, 데이터 수집, 자료의 감정과 모니터링 뿐만 아니라, IC 분석의 보고서를 작성해줍니다. 그래픽 유저 인터페이스 즉 GUI 지원하에, 반복된 분석, 확장된 데이터베이스 프로그램, 향상된 분석법, 수작업 제어를 지원하며, 매우 융통성있는 사용자 관리 기능, 효율적인 데이터베이스 조작, 확장된 데이터 산출 함수, 사용자 개인 설정, 보고서 사용자 정의등의 기능도 지원합니다. MagIC Net 은 FDA 21 CFR Part 11 뿐만 아닌 GLP 의 표준을 만족합니다. 지원 언어는 독일어, 영어, 프랑스어, 중국어, 한국어, 일본어등입니다.		
6.6059.113	MagIC Net™ 1.1 Multi: 3 개의 라이선스	
ProfilC 시스템 및 Compact IC 시스템 그리고 Sample Processor, 800 Dosino, 771 Compact Interface 같은 주변기기를 제어하는 PC 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 제어, 데이터 수집, 자료의 감정과 모니터링 뿐만 아니라, IC 분석의 보고서를 작성해줍니다. 그래픽 유저 인터페이스 즉 GUI 지원하에, 반복된 분석, 확장된 데이터베이스 프로그램, 향상된 분석법, 수작업 제어를 지원하며, 매우 융통성있는 사용자 관리 기능, 효율적인 데이터베이스 조작, 확장된 데이터 산출 함수, 사용자 개인 설정, 보고서 사용자 정의등의 기능도 지원합니다. MagIC Net 은 FDA 21 CFR Part 11 뿐만 아닌 GLP 의 표준을 만족합니다. 지원 언어는 독일어, 영어, 프랑스어, 중국어, 한국어, 일본어등입니다. 3 개의 라이선스를 포함한 클라이언트 서버 버전.		
6.9988.503	850 용 검증 문서(영어 - 독일어) - 시디, 콤팩트 디스크	

색인

번호/심벌

6.2821.090 흡입필터	58
6.2821.130 필터	66

E

EMC	80
-----------	----

G

GLP	71
-----------	----

I

IC 컬럼	
"분리 컬럼"도 참조	50

M

MPak	
홀더	17, 18
MSB	80
커넥터	8

P

PC 연결	48
-------------	----

U

USB	80
커넥터	8

W

Warranty	84
----------------	----

ㄱ

가동	
시료 탈기장치	69
가동중단	57
검증	71
검출기	
배치	19
인터페이스	80
전도도 검출기	46
케이블 커넥터	19
결정 형성	
고압 펌프	59
고압 펌프	
기술 데이터	77
밸브	64
보호	21, 59
유지보수	59
호스 연결	33
고압 펌프의 밸브	64
고압 펌프의 피스톤	60

교환	62
청소	61
고압펌프	
설치	33
공급 범위	85
관통구	
모세관	24
규격	80
기밀성	53, 54
기술 데이터	
검출기	80
고압 펌프	77
리크 센서	76
시료 탈기장치	78
용리액 탈기장치	77
인터페이스	80
전도도 측정 시스템	79
컬럼 항온기	78
표준 조건	76
기체	31, 39

ㄴ

나사	
연결	14
노이즈	79

ㄷ

도면	11
도어	57

ㄹ

롤러	16
루프	
"시료 루프"도 참조	43
리크	60
리크 센서	
기술 데이터	76
설치	21
연결 소켓	8
인터페이스	80
리크가 있는 피스톤 실	60

ㅁ

막힘	
전도도 검출기	70
맥동	60
맥동 댐퍼	
설치	38
모세관	
설치	14

모세관 관통구	24
---------------	----

ㅂ

바탕선	
불안정	60
상태점검	55
배관	11
배기	
고압펌프	35
퍼지 밸브	33
배출 호스	
설치	22
밸브	
"주입 밸브"도 참조	41
보관	76
보증	84
보호	
인라인 필터	37
주입 밸브	69
보호 컬럼	
설치	49
세척	50
보호등급	80
부속품	
공급 범위	85
옵션	94
분리 컬럼	
보관	71
보호	38, 71
분리 성능	70
설치	50
세척	51
재생	71

ㅅ

상태 점검	55
서비스	3, 56
석출물	59
설계	
안전 표준	80
설치	11
고압펌프	33
리크 센서	21
맥동 댐퍼	38
배출 호스	22
보호 컬럼	49
분리 컬럼	50
시료 탈기장치	39
연결부	14

전원장치	79
전자기 적합성	80
정격전압	3
정전기 하전	4
정전하	4
조임나사	
연결	14
주변 조건	76
주입	
주입 밸브	43
주입 밸브	
보호	69
설치	41, 78
유지보수	69
주입	43
채움	43
주파수	79
진공 펌프	
보호	21
ㅌ	
채움	
주입 밸브	43
청소	
고압 펌프의 밸브	63
고압 펌프의 피스톤	61
최초 설치	9
측정 범위	79
치수	77
ㄱ	
컬럼	
"분리 컬럼"도 참조	50
컬럼 인식장치	80
컬럼 향온기	
설치	43
컬럼 향온기	78
케이블 관통구	24
켜기	49
ㅍ	
탈기	
용리액	31
탈기장치	
시료 탈기장치	39
용리액 탈기장치	31
표	
퍼지 밸브	33
펌프 헤드	
구성 요소	61
유지보수	60
평형화	54
표준 조건	76
품질 관리	71



피스톤 실	60
교환	63
필터	
"인라인 필터"편도 참조 ...	37
필터 6.2821.090	
흡입필터	58
필터 6.2821.130	66

ㅎ	
하우징	77
항온기	
"컬럼 항온기"도 참조	43
혈액	67
호스	
설치	14

흐름 변동	60
흡입필터 6.2821.090	58
회석	67
히터	
"컬럼 항온기"도 참조	43