



Pick&Place-Modul

2.1014.0010

Modul für den Einbau in den Modulträger der OMNIS Sample Robots Pick&Place. Diese Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen werden verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher des Pick&Place-Modul gereinigt oder geparkt. Soll bei der Analyse gerührt werden, muss bei dieser Arbeitsstation ein separater Stabrührer verwendet werden.

Lieferumfang 2.1014.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	1.1014.0010	Pick&Place-Modul
-------	-------------	------------------

Modul für den Einbau in den Modulträger der OMNIS Sample Robots Pick&Place. Diese Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen werden verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher des Pick&Place-Modul gereinigt oder geparkt. Soll bei der Analyse gerührt werden, muss bei dieser Arbeitsstation ein separater Stabrührer verwendet werden.



1 STK

6.01803.000

Silikonschlauch 8/12 2.5 m

Silikonschlauch für den Anschluss an den Ablauf vom Pick&Place-Modul bzw. Pumpenmodul um ggf. überlaufende Lösung sicher in den Abfallkanister zu leiten.



1 STK

6.02704.000

Schlauchclip zu Arbeitsstation (10 Stk)

Zur Fixierung von PVC- oder PTFE-Schläuchen, die zur Arbeitsstation führen.



1 STK

6.02705.000

Schlauch- und Kabelführung

Für die Organisation von Schläuchen und Kabeln zwischen Pick&Place-Modul und Titrator



1 STK

6.02700.000

Sicherheitsabd. zu Pick&Place-Modul

Sicherheitsabdeckung zu Pick&Place-Modulen



1 STK

6.01804.500

Schlauchadapter zu Ablaufschlauch

Schlauchadapter zu Ablaufschlauch an Pick&Place Modulen und Pumpenmodulen im OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01403.000	Titrierkopf 6xNS14/ 3xNS9 (P&P)	
	Titrierkopf mit 6 NS14 und 3 NS 9 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Titrierkopf 4xM10 (P&P)	
	Titrierkopf mit 4 M10 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Titrierkopf 4xM10 für KFT (P&P)	
	Titrierkopf mit 4 M10 Öffnungen für die Karl-Fischer-Titration in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit 4 M10 Schraubnippeln und Stopfen.	
6.01403.040	Titrierkopf 2xNS14 (P&P)	
	Titrierkopf mit 2 NS14 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und 3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spüldüsen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf eingezogen.	


6.01404.030 Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 120 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 120 mL im Schlitten der Pick&Place-Module



6.01404.040 Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 75 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 75 mL im Schlitten der Pick&Place-Module



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Stabrührer zum direkten Anschluss an den OMNIS Sample Robot mit fix montiertem Kabel (2.5m).



6.01403.030 Titrierkopf 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 120 mL Bechern in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit 2 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.



6.01403.060

Titrierkopf 3xNS14/4x6.4mm für 200 mL Einweg-Becher (P&P)

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 200 mL PP-Einweg-Bechern (6.1459.310) oder 150 mL Bechergäsern (hohe Form, ohne Ausguss) in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit zwei eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.



6.01404.020

Becheradapter zu Probenbecher 200 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 200 mL im Schlitten der Pick&Place-Module.



6.01403.050

Titrierkopf für KFT mit verstärkten Spitzen (P&P)

Titrierkopf für die Karl-Fischer-Titration in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place. Der Titrierkopf bietet neben 2 verstärkten Antidiffusionsspitzen eine Öffnung für die Verwendung eines Homogenisierers (Polytron 1300D) oder Stabrührers.



6.01404.050

Becheradapter zu Probenbecher 150 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 150 mL im Schlitten der Pick&Place-Module.

