705 UV Digester (220 V, 50 Hz)

2.705.0017

Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 50 Hz.

Lieferumfang 2.705.0017

Order Number	Beschreibung	Menge
1.705.0017	**705 UV Digester (220 V, 50 Hz)** Aufschlussgerät für die UV-Photolyse von Wasserproben mit niedriger bis mittlerer organischer Belastung. Zur Probenvorbereitung in der Voltammetrie, Ionenchromatographie und Spektroskopie (AAS, ICP). Besteht aus einem Kontrollgerät mit integrierter Zeitschaltuhr und einem separaten Nassteil mit UV-Lampe, Kühleinrichtung und einem Halter für 12 Probenaufschlussröhrchen für max. je 12 mL Probevolumen. Gerät für 220 V und 50 Hz.	1 PCS
1.705.0020 	**705 UV Digester Nassteil**	1 PCS
6.2804.030	**UV-Quecksilberdampflampe** Hochdruckquecksilberdampfstrahler zu 705 UV Digester. Wellenlängenbereich UV 200 ... 280 nm. Betriebsdauer mind. 500 h.	1 PCS

6.1446.100

PTFE-Stopfen für UV-Quarzprobengefäss 12 mL 12 PCS

Für Quarzprobengefäss 6.2414.000

6.1446.110

Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäss 12 mL 1 PCS

Für Thermometer 6.2401.010

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m 1 PCS

6.2041.040

Probenhalter für 12 Quarzaufschlussgefässe 12 mL 1 PCS

für den 705 UV Digester

6.2401.010

Quecksilber-Thermometer 1 PCS

Messbereich: 0 ... 100 °C. Skaleneinteilung: 1 °C

6.2414.000

Quarzprobengefäss 12 mL 12 PCS

für UV Digester

6.2745.000

UV Schutzschild 1 PCS

für 705 UV Digester

Optionales Zubehör

6.1446.150
Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäss 5 mL

Für Thermometer 6.2401.010

6.2041.050
Probenhalter für 16 Quarzaufschlussgefässe 5 mL

für den 705 UV Digester

6.1446.140
Stopfen für UV-Quarzprobengefäss 5 mL

Für Quarzprobengefäss 6.2414.010

6.2414.010 für 705 UV Digester

Quarzprobengefäss 5 mL