




898 XYZ Sample Changer 82 x 120 mL

2.898.0110

Der 898 XYZ Sample Changer überzeugt durch Geschwindigkeit und Probenanzahl, die unbeaufsichtigt bearbeitet werden kann. Zwei Probenracks mit je 41 x 120 mL Bechern können auf dem Sample Changer platziert und kontinuierlich bearbeitet werden. Sobald das erste Probenrack fertig bearbeitet ist, kann es gegen ein Rack mit neuen Proben ausgetauscht werden. Dank der eingebauten Waschstation mit Membranpumpe sind die verwendeten Sensoren immer in bestem Zustand. Die Steuerung erfolgt über PC-Bedienung mittels Titrationssoftware tiamo™.

Lieferumfang 2.898.0110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 STK

6.1621.010

PE-Kanister / 30 L

Eluenten-Kanister zu den Online-IC-Geräten.



2 STK

6.1236.020

Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



2 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



3 STK

6.1446.010

Stopfen

Zu Probenwechsler



1 STK

6.1458.040

Titrierkopf / 3 x NS 14

Titrierkopf für 120 mL Probengefäße. Mit 3 Öffnungen NS 14 und 4 Öffnungen 6.4 mm sowie 2 Dosierspitzen inkl. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.



1 STK

6.1459.300

Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



2 STK

6.1621.110

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister

Verschlussdeckel zu 30 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



2 STK

6.1805.530


FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.








Probenrack für 41 x 120 mL Becher (6.1459.300) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 1 - 41 nummeriert. Es wird auf der linken Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden.



Probenrack für 41 x 120 mL Becher (6.1459.300) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 42 - 82 nummeriert. Es wird auf der rechten Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2071.040	Probenrack für 898 XYZ SC 24 x 250 mL Links Probenrack für 24 x 250 mL Becher (6.1432.320) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 1 - 24 nummeriert. Es wird auf der linken Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden.	
6.2071.050	Probenrack für 898 XYZ SC 24 x 250 mL Rechts Probenrack für 24 x 250 mL Becher (6.1432.320) zu 898 XYZ Sample Changer. Das Probenrack hat eine Aussparung für die externe Spülstation und ist mit den Zahlen 25 - 48 nummeriert. Es wird auf der rechten Hälfte des Probenwechslers platziert. Pro 898 XYZ SC können maximal zwei Probenracks platziert werden	
6.7600.010	Auffangwanne zu 898 XYZ Sample Changer Auffangwanne für 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Halter Spülstation zu 898 XYZ Sample Changer Halter Spülstation für 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030 Spülstation zu 898 XYZ Sample Changer

Spülstation für 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040 Schlauchführung zu 898 XYZ Sample Changer

Schlauchführung zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050 Titrierkopfhalter zu 898 XYZ Sample Changer

Titrierkopfhalter zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060 Spritzschutz zu 898 XYZ Sample Changer

Spritzschutz zu 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Spül- und Absaugkit zu 898 XYZ Sample Changer


Spül- und Absaugkit (FEP / TYGON) zu 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Spüldrosselungskit zu 898 XYZ Sample Changer

Spüldrosselungskit zu 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

24-Volt Netzteil zu 898 XYZ Sample Changer

24-Volt Netzteil zu 898 XYZ Sample Changer.

