



Getrennte Pt-Stift-Elektrode

6.0331.000

Diese Metallelektrode muss zusammen mit einer Referenzelektrode ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ als Referenzelektrolyt) verwendet werden und eignet sich:

- für Redox titrationen
- als Hilfselektrode für Differenzpotentiometrie

Der robuste Schaft aus Polypropylen und der Metallstift können einzeln ersetzt werden.

Lieferumfang 6.0331.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.2106.020

Kabellitze / 1 m / 2 x B

Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von
Elektroden mit Steckkopf B



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1241.030	Elektrodenschaft Elektrodenschaft für getrennte Metallstift-Elektroden	
6.1248.000	Platin-Elektrodenstift Platin-Elektrodenstift für getrennte Metallstiftelektrode	
6.0729.100	Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 12.5 cm) Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System und separater Abschirmung, Einbaulänge 10 cm. Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für: • nichtwässrige Proben • Differenzpotentiometrie Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Der Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.	

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)

