




858 Professional Sample Processor

2.858.0010

El 858 Professional Sample Processor procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica del sistema 850 Professional IC o con un 800 Dosino.

Partes/accesorios 2.858.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.858.0010	858 Professional Sample Processor

El 858 Professional Sample Processor procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica del sistema 850 Professional IC o con un 800 Dosino.



3 PCS

6.1608.080

Botella / 300 mL

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



2 PCS

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.2064.000

Sujetador de vasos para Procesador de muestras CI Advanced

Placa para quitar las tapas de los tubos sobre el Procesador de muestras Advanced. Para recipientes de muestras de 2,5 y 11 mL



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.300

Juego de herramientas para IC Sample Processor
Advanced

Herramienta formada por llave de horquilla y llave hexagonal



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK




1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta
de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la
cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una
perforación segura de la tapa del vial.



Accesorios opcionales


Order no.	Descripción	
6.2041.310	Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.320	Gradilla de muestras, 16 x 150 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta). Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.340	Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.350	Gradilla de muestras 48 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	

6.2041.360

Gradilla de muestras 12 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta), 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)




6.2041.370

Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.410

Gradilla de muestras, 141 x 11 mL y 1 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 141 recipientes de muestras y 1 botella de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.430

Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.440 Gradilla de muestras, 148 x 11 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 148 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.450 Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.760 Gradilla de muestras 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Gradilla de muestras con pequeño diámetro para recipientes de muestras de 54 x 11 mL en dos filas y una botella adicional de 1 x 300 mL.



6.2148.010 Remote Box MSB

Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.



6.2629.000

Tuerca para portaagujas de CI

Para Sample Processors.



6.2714.010

Membrana de diálisis (acetato de celulosa)

Tamaño nominal de poros: 0.2 μm . Kit de 50 unidades. Para diálisis inline



6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 μm , 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 μm . Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



6.2714.030

Membrana de diálisis (poliamida)

Para diálisis y filtración inline.



6.2743.040

Vial de PP, 2,5 mL, 2000 unidades

2,5 mL. 2000 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.047

Vial de PP, 2,5 mL, 200 unidades

2,5 mL. 200 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.050

Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.070

Tapón con perforación


2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.5330.100

Juego de accesorios CI: diálisis inline

Set de accesorios para diálisis inline. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor y una bomba peristáltica adicional de 2 canales.



6.5330.120

Juego de accesorios CI: dilución inline

Set de accesorios para dilución inline. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor, el 800 Dosino y el 741 Magnetic Stirrer.



6.5330.130

Juego de accesorios CI: estación LQH izquierda

Set de accesorios para el montaje de la estación LQH en el Professional Sample Processor. El suministro de agua de lavado puede realizarse mediante una bomba peristáltica o el Dosino.



6.5330.140

Juego de accesorios CI: MiPCT

Set de accesorios para preconcentración inline (MiPCT) incluida estación LQH izquierda.



6.5330.160

Juego de accesorios CI: MiPCT-ME

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para la técnica de enriquecimiento inteligente de Metrohm con la eliminación de la matriz (MiPCT-ME).



6.5330.170

Juego de accesorios CI: MiPuT

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para Pick-up de muestras (técnica de inyección inteligente Pick up de Metrohm).



Set de accesorios para el montaje de un Dosino para Partial Loop Injection.



Alternativa a la aguja de muestras de óxido de circonio. Es especialmente apta para aplicaciones recipientes de septo. Sin metales gracias al revestimiento especial. Requiere el portaagujas 1/16 in (6.2833.010) para el montaje en el Sample Processor.



Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.



Gradilla de muestras de varias filas para 65 muestras en recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050) y 25 muestras en recipientes de muestras de 50 mL cada uno (6.02743.030)



6.2041.770

Gradilla de muestras de 211 x 11 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 211 muestras en recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050)



6.9920.255

Gradilla de muestras 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 25 muestras en matraces de cultivo celular Corning® de 60 mL cada uno y 10 muestras en botellas de PE de 125 mL cada una (6.1627.000). Gradilla de muestras específica para análisis de trazas en centrales eléctricas, por ejemplo.

