



867 pH Module

2.867.0010

Módulo para la medida de pH/iones como ampliación de un sistema Titrando o autónomo en combinación con un 900 Touch Control.

Junto con la medida de pH, temperatura, mV, Ipol, Upol y de la concentración, el módulo pH puede realizar adiciones de patrón (manual, dos o autodos) y también Liquid Handling ("add", "prep" o "empty"). Permite el uso de sensores tanto convencionales como inteligentes para medir. En el software también está integrado un test del electrodo pH conforme a las PCL.

El módulo pH tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino (para la adición de soluciones auxiliares o de patrón).

Uso con OMNIS Software, software tiamo o Touch Control. Cumple las normativas GMP/GLP y FDA, así como la 21 CFR Parte 11, de ser necesario.

Partes/accesorios 2.867.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Módulo para la medida de pH/iones como ampliación de un sistema Titrando o autónomo en combinación con un 900 Touch Control.

Junto con la medida de pH, temperatura, mV, Ipol, Upol y de la concentración, el módulo pH puede realizar adiciones de patrón (manual, dos o autodos) y también Liquid Handling ("add", "prep" o "empty"). Permite el uso de sensores tanto convencionales como inteligentes para medir. En el software también está integrado un test del electrodo de pH conforme a las PCL.

El módulo pH tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino (para la adición de soluciones auxiliares o de patrón). Tanto en combinación con el Touch Control como conectado al *tiamo*™ full (a partir de la versión 2.0), cumple con los requisitos de PCL y FDA 21 CFR part 11.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.801.0010	801 Stirrer Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780 /781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).	
2.802.0040	802 Stirrer para 804 Ti Stand Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.	
2.804.0010	804 Ti Stand sin soporte Stand de valoración y regulador para 802 Stirrer. Junto con el 802 Stirrer ofrece una alternativa al agitador magnético. Sin soporte.	
6.2065.000	Soporte para colocación de los aparatos 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module Soporte para Organizador de reactivos sobre el Dosing Interface	

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



6.2168.000

Cable adaptador mini USB, 25 cm

Cable adaptador mini USB para conectar un 854 iConnect al 867 pH Module, del 901 al 907 Titrande y 916 Ti-Touch, 25 cm. El cable adaptador permanece conectado en el aparato como protección antitracción y el 854 iConnect solo se conecta y desconecta mediante el cable adaptador.



6.2103.140

Adaptador negro enchufe 2 mm / conector B 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.



6.2103.130

Adaptador rojo enchufe 2 mm / conector 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.

