Celda de medida de la conductividad con c = 1,6 cm-1 con Pt1000 (cable fijo, 0,65 m)

6.00929.140

Celda de medida de la conductividad de 3 hilos con constante de celda c = 1,6 cm^{-1} (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (0,65 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity. Este sensor es apto para medidas de conductividades altas, por ejemplo, en las siguientes sustancias:

– Agua de mar
– Agua de lavado
– Soluciones fisiológicas

Partes/accesorios 6.00929.140

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	**Manguito EN 14/12 mm** Manguito EN 14/12 mm de polietileno.	1 Stk
6.2008.040	**Recipiente de almacenamiento** Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.	1 Stk

Accesorios opcionales

6.2301.060
Estándar iónico KCl 250 mL

Estándar iónico KCl (c(ion) = 0.1000 +/- 0.0005 mol/L), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C).

6.02101.020
Módulo de medida de la conductividad

Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad.