



Ecotrode

6.0232.100

Électrode pH combinée pour les titrages acide-base en milieu aqueux.

Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.

Contenu de la livraison 6.0232.100

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk
		
6.2008.040	Récipient de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk
		

Accessoires optionnels

6.2308.020

**Électrolyte 3 mol/L KCl
(250 mL)**

Solution d'électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag/AgCl)



6.2323.000

Solution de conservation

Solution de conservation pour toutes les électrodes de verre pH combinées avec électrolyte de référence $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.000

pHit kit

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient :

- 50 mL de solution de nettoyage
- 50 mL de solution de KCl 3 M
- 50 mL de solution de conservation
- 2 récipients de conservation
- Mode d'emploi



6.2325.100

**Solution de nettoyage 3 x
50 mL**



Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH.

La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit.

Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F



Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm (prise de type F).