



Électrode pour tensio-actifs NIO

6.0507.010

Cette électrode pour tensio-actifs doit être utilisée en association avec une électrode de référence et convient, par ex., aux :

- Titration de tensio-actifs non ioniques dans des matrices aqueuses
- Titration de tensio-actifs basés sur des adduits de polyoxyéthylène
- Titration des ingrédients pharmaceutiques actifs avec du tétraphénylborate de sodium

Contenu de la livraison 6.0507.010

Order Number	Description	Quantité
6.2008.040	Réceptacle de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk
6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.	1 Stk

Accessoires optionnels

6.0750.100

Électrode de référence LL pour EIS



Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction.

Cette électrode de référence est idéale pour :

- des applications automatisées
- des mesures d'ions
- Titrage des tensioactifs

Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.

6.0726.100

Électrode de référence Ag /AgCl (longueur 12,5 cm)



Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction, longueur d'insertion 10 cm.

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Ce capteur est fourni sans électrolyte.

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F



Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.