



Équipement KFT pour Eco KF Titrator

6.05610.050

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer

Contenu de la livraison 6.05610.050


Order Number	Description	Quantité
6.1903.020	Barreau d'agitation / 16 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm	1 PCS
		
6.1903.030	Barreau d'agitation / 25 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.	1 PCS
		
6.00346.100	Double électrode annulaire Pt pour la volumétrie Électrode indicatrice utilisée pour le titrage Karl Fischer, laquelle est plus robuste et plus facile à nettoyer que l'électrode à tige classique en platine (6.0338.100) grâce à ses deux anneaux en platine scellés.	1 PCS
		

6.01406.010

Tube d'adsorption avec couvercle

1 PCS

Tube d'adsorption avec couvercle pour titreur Karl Fischer OMNIS volumétrique



6.01406.220

Réipient de titrage 20 – 90 mL

1 PCS

Réipient de titrage 20 – 90 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.



6.01408.010

Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer

1 PCS

Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.



6.01543.120

Seringue anti-diffusion

1 PCS

Pointe de burette avec vanne anti-diffusion, adaptée au titreur OMNIS Karl Fischer.



6.02709.010

Bouchon

3 PCS

Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.



6.02709.020

Bouchon à septum

1 PCS

Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.02709.030

Embout fileté

2 PCS

Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

1 PCS

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS 601406010.



6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pièces

2 PCS

Lot de 5 pièces.



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

2 PCS

Pour différentes applications de CI et VA.



6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

2 PCS

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

1 PCS

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm (prise de type F).



6.01405.050

Couvercle de récipient de titrage Eco destiné au titrage volumétrique Karl Fischer

1 PCS

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un Eco KF Titrator



Accessoires optionnels

6.02709.040

Bouchon de fermeture



Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.

6.02711.000

Cuillère à pâte



Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.

La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.

Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.

Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.

6.2811.000

Tamis moléculaire



Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

6.2811.010

Tamis moléculaire (US)



Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).