



Équipement d'électrodes VA avec électrode Multi Mode pro pour les appareils Professional VA

6.5339.030

Jeu d'électrodes complet pour les déterminations polarographiques et voltampérométriques. Comporte une électrode Multi Mode pro, une électrode de référence, une électrode auxiliaire en platine, un bécher de mesure, un agitateur, une solution d'électrolyte et d'autres accessoires pour le montage et l'utilisation de l'électrode Multi Mode.

Contenu de la livraison 6.5339.030

Order Number	Description	Quantité
6.0343.100	Électrode à tige en platine séparée Électrode auxiliaire en platine pour voltampérométrie et CVS.	1 PCS
		
6.0728.120	Électrode de référence Ag/AgCl Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.	1 PCS
		
6.1204.500	Agitateur pour appareils Professional VA Agitateur pour appareils Professional VA complet, exempt de métal.	1 PCS
		

6.1226.030



Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

1 PCS

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.

6.1226.050



Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

1 PCS

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)

6.1245.010



Tube à électrolyte en plastique

1 PCS

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.

6.1246.120



Électrode Multi Mode pro

1 PCS

Électrode au mercure pour la voltampérométrie. Peut être utilisée comme DME, SMDE ou HMDE.

6.1247.020

Aiguilles pour MME

1 PCS

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL

1 PCS



6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag/AgCl)


6.2406.000

Preneur de gouttes de mercure

1 PCS

Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



6.2711.030

Cuve de rétention pour le remplissage des MME

1 PCS

Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et 647, 663, 694, 747 VA Stand



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

1 PCS

Pour différentes applications de CI et VA.



6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

1 PCS

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.

