



920 Absorber Module

2.920.0010

Il 920 Absorber Module collega il Combustion Module con il cromatografo ionico. Il 920 Absorber Module assicura che i composti gassosi degli analiti vengano staccati e condotti all'IC. Esso è responsabile per l'intera gestione dei liquidi. Oltre che per il Combustion IC può anche essere impiegato per l'analisi dei gas.

Parti incluse 2.920.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.920.0010	920 Absorber Module

Il 920 Absorber Module collega il Combustion Module con il cromatografo ionico. Il 920 Absorber Module assicura che i composti gassosi degli analiti vengano staccati e condotti all'IC. Esso è responsabile per l'intera gestione dei liquidi. Oltre che per il Combustion IC può anche essere impiegato per l'analisi dei gas.



2 PCS

6.1819.100

Tubo di aspirazione in FEP per bottiglia da 2 L

Tubo di aspirazione per sifone per bottiglia con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



2 PCS

1.800.0040

800 Dosino (lunghezza del cavo 0,65 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 0,65 m).



1 PCS

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4,0

Colonna anionica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad esempio «Ultrapur» o «puriss» possono ancora contenere contaminazioni anioniche minime. Tali contaminazioni vengono trattene in modo sicuro dalla colonna Metrosep A Trap 1 - 100/4,0.

Questa colonna viene impiegata soprattutto nelle applicazioni con gradiente.



1 PCS

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La colonna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata per la rimozione di contaminazioni ioniche, vale a dire cationiche e anioniche, da soluzioni acquose. La loro applicazione è consigliabile soprattutto nell'ambito di «MISP», la «Metrohm Inline Sample Preparation», per la pulizia dell'acqua di trasferimento. Grazie all'impiego della colonna Metrosep I Trap 1 - 100 /4,0 possono essere ridotti fortemente gli influssi dell'acqua di trasferimento sul vuoto di sistema.



2 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.150

Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.



2 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45






Per riempire con materiale di assorbimento.



Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit




1 PCS

6.1803.130

Capillare 1/8 in. / 1/16 in. i.d. / 1.5 m

Capillare di connessione dalle soluzioni primarie all' Eluent Synthesizer



4 PCS

6.1803.160

Capillari PTFE 0,75 mm diam. int./3 m

Capillari PTFE per l'utilizzo nel 920 Absorber Module.



2 PCS

6.1805.010

Tubo in FEP / M6 / 13 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il
collegamento con un tubo in FEP/M6.



2 PCS

6.1816.080

Tubo in silicone diam. int. 6 mm / 2 m

Tubo di drenaggio per il «Waste Collector».



1 PCS

6.1825.290

Loop di campionamento in PEEK 250 µL

Loop di campionamento per «Metrohm intelligent Partial Loop
Technique (MiPT) e per PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 viti a
pressione in PEEK.



1 PCS

6.1831.040

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 15 cm

Per dialisi in linea. Per IC Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC
Liquid Handling Dialysis Unit



2 PCS

6.1805.030

Tubo in FEP / M6 / 150 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



2 PCS

6.2057.230

Supporto per Dosino per Absorber Module

Supporto per il fissaggio di Dosino all'Absorber Module



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.



1 PCS

6.2421.000

Tubo assorbitore per il modulo Absorber

Tubo assorbitore per l'assorbimento dai gas di combustione dal Combustion Module.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



3 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



3 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



4 PCS

6.2744.090

Viti di fissaggio lunghe

Versione lunga. Con connessione UNF 10/32. 2 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2744.170

Viti di fissaggio in PEEK UNF 1/4-28, 3 pezzi

Per fissare i capillari di connessione delle soluzioni di partenza dell' Eluent Synthesizer



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



8 PCS

6.2744.220

Tappi a vite 10/32 lunghi

Per strumenti Professional IC. Per sigillare le porte non utilizzate del modulo dei degasaggio e dell'MCS.




2 PCS

6.2744.350

Vite a pressione PEEK 14 mm, 3 pezzi

Con connettore UNF 10/32. Per il collegamento di capillari in PEEK del modulo Absorber.



1 PCS

6.2766.000

Supporto per tubo dell'assorbitore

Supporto per il fissaggio del tubo dell'assorbitore nell'Absorber Module



1 PCS

6.2766.010

Supporto per valvola d'aspirazione

Supporto per valvola d'aspirazione per l'Absorber Module



1 PCS

6.2824.170

Valvola di entrata in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in entrata delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.5336.000	Equipaggiamento IC: Waste Collector	
	Waste Collector fino a cinque capillari Waste.	
