



Dotazione di elettrodi VA con elettrodo Multi-Mode pro per strumenti professionali VA

6.5339.030

Set completo di elettrodi per determinazioni polarografiche e voltammetriche. Contiene elettrodo Multi-Mode pro, elettrodo di riferimento, elettrodo ausiliario in platino, recipiente di misura, agitatore, soluzione elettrolitica e altri accessori per la creazione e il funzionamento dell'elettrodo Multi-Mode.

Parti incluse 6.5339.030

Order Number	Descrizione	Quantità
6.0343.100	Elettrodo separato a barra di Pt Elettrodo ausiliario in platino per voltammetria e CVS.	1 PCS
		
6.0728.120	Elettrodo di riferimento Ag/AgCl Sistema di riferimento interno con elettrolita $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Per l'utilizzo con contenitore per elettrolita in plastica 6.1245.010.	1 PCS
		
6.1204.500	Agitatore per strumenti professionali VA Agitatore per strumenti professionali VA, completo, esente da metalli.	1 PCS
		

6.1226.030


Capillare a goccia di mercurio (non silanizzato) per MME

1 PCS

Capillare a goccia di mercurio non silanizzato (10 pezzi) con due guarnizioni in silicone.

6.1226.050


Capillare a goccia di mercurio (silanizzato) per MME

1 PCS

Elettrodo a goccia di mercurio silanizzato (10 pezzi) inclusi 2 guarnizioni di silicone.

6.1245.010


Contenitore per elettrolita in plastica

1 PCS

Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.

6.1246.120


Elettrodo Multi-Mode pro

1 PCS

Elettrodo in mercurio per la voltammetria. Può essere utilizzato come DME, SMDE o HMDE.

6.1247.020

Aghi per MME

1 PCS

Aghi per il Multi Mode Electrode (3 pezzi).



6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL

1 PCS



6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)


6.2406.000

Attrezzo per il recupero del mercurio

1 PCS

Filo in argento (per la raccolta del mercurio per amalgamazione)



6.2711.030

Vasca di raccolta per il riempimento dell'MME

1 PCS

Per 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace nonché 647, 663, 694, 747 VA Stands



6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

1 PCS

Per diverse applicazioni in IC e VA



6.2816.030

Ago con raccordo Luer

1 PCS

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.

