



マグネチックスターラのついた OMNIS Professional Titrator

2.1001.0320

スタンドアローン稼働または OMNIS 滴定システムのメインパートとしての、革新的なモジュール式の終点滴定および当量点滴定 (等量/変動) のための電位差 OMNIS Titrator です。3S リキッドアダプタテクノロジーにより、化学物質の取り扱いに関してはこれまでにないほどの安全性を誇ります。滴定装置は測定モジュールおよびシリンダーユニットによって自由にコンフィグレーションすることができ、必要に応じてロッドスターラで拡張することも可能です。他の滴定モジュールまたはドージングモジュールによる並行滴定のための機能ライセンス「Professional (プロフェッショナル)」を含みます。

- コンピューターまたはローカルネットワークを介した制御
- 他のアプリケーションまたは補助溶液のための他の滴定モジュールまたはドージングモジュールを 4 つまで接続可能
- ロッドスターラの接続可
- 様々なシリンダーサイズに対応: 5、10、20、50 mL
- 3S テクノロジーによる OMNIS Liquid Adapter: 化学物質の安全な取り扱い、メーカーのオリジナル試薬データの自動転送

測定モードおよびソフトウェアオプション:

- 終点滴定: ファンクションライセンス「Basic (ベーシック)」
- 終点滴定および当量点滴定 (等量/変動): ファンクションライセンス「Advanced (アドバンス)」
- 5 つの並行滴定を伴う終点滴定および当量点滴定 (等量/変動): ファンクションライセンス「Professional (プロフェッショナル)」

納品範囲 2.1001.0320

Order Number	説明	数量
6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter 3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。	1 PCS
6.01601.000	ボトルキャップ multi-use 試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。	1 PCS
6.1608.020	ガラス瓶 / 1000 mL / GL 45 補助溶液用ボトル。	1 PCS



6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



6.02005.000

電極ホルダー OMNIS

1 PCS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



6.2013.010

クランプリング

1 PCS

直径10 mmの支持棒用。



6.2016.050

支持棒 / 300 mm

1 PCS



6.06001.920

ファンクションライセンス Professional

1 PCS

OMNIS Titratorのためのファンクションライセンス
「Professional」

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

- リキッドハンドリング (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
- キャリブレーション (Cal)
- コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
- 等量滴下当量点滴定 (MET)
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)
- OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing Module を使用した滴定
- 並行吐出
- 並行滴定

6.1546.030

エキストラクターロッド

1 PCS



807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の
ピストン用。

6.02005.010

電極保管ステーション

1 PCS

電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。



6.02004.010

ボトルホルダー

1 PCS

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。



オプションアクセサリ

2.1042.0010

**Dosino Module (ケーブル
0.75 m)**



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ0.75 m)。

2.1042.0020

**Dosino Module (ケーブル 2
m)**



Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

6.03001.120

**シリンダーユニット OMNIS 2
mL**



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 2 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.03001.150
**シリンダーユニット OMNIS 5
mL**



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.03001.210
**シリンダーユニット OMNIS
10 mL**



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.00200.300
Pt1000 を備えた dUnitrode



Pt1000 温度センサー内蔵のデジタル複合 pH 電極。これらは、特に以下に適しています:

- 困難な、または粘性の高い、あるいはアルカリ性のサンプルでの pH 測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照電解液(さんしょうでんかいえき): $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

あるいは: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: Idrolyte、Idrolyte で保管。

dTrobe は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.03001.220
シリンダーユニット OMNIS
20 mL



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.00201.300
dEcotrode Plus



OMNIS用デジタル複合pH 電極。
この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。
固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。
参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。
dTrodeはOMNIS Titratorにて使用できます。

6.00202.300
Pt1000 を備えた
dAquatrode Plus



低濃度イオンの水性溶媒（例えば飲料水、プロセス水など）における pH 測定/滴定のための内蔵 Pt1000 温度センサー付き OMNIS のデジタル複合 pH 電極。この電極は、これらのサンプルにおいても非常に速い応答時間を示します。
固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。
塩橋(えんきょう)として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。
塩橋(えんきょう)は、塩化物フリーの電解液と交換することができます (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010))。
使用される電解液にて保管します。
dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.03001.250
シリンダーユニット OMNIS
50 mL



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.00203.300
dSolvotrode



あらゆる酸/塩基の非水滴定のための OMNIS 用デジタル複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚染されたサンプルにも適しています。

電極は、非水性参照内部液 (塩化リチウムまたはTEABr) と共に用いることができます。

対応する参照内部液にて保管します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.00204.300
dProfitrode



ダブルジャンクションシステムを装備した OMNIS 用デジタル複合 pH 電極。この電極は、以下のようなサンプルの pH 測定/滴定に適しています:

- センサーの参照システムを汚すサンプル (例えば浴槽、硫化物を含むサンプルなど)
- 塩化カリウム $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ に参照内部液として用いることのできないサンプル (例えばサンプルとカリウムまたは塩化物の反応など)

電極には、必要に応じて取り換えることのできる、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムが装備されています。

塩橋(えんきょう)として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

塩橋(えんきょう)は、適切な内部液と交換することができます (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010))。使用される電解液にて保管します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.01503.120
シリンダーユニット OMNIS 2
mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 2 mL。

6.00401.300
dPt Titrode



参照電極としての、pH ガラスメンブランを含む OMNIS 用デジタル複合白金リング電極。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定した pH 値での酸化還元滴定に適しています：

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。
dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.01503.150
シリンダーユニット OMNIS 5
mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 5 mL。

6.00402.300
dAg リング電極



固定グラウンドジョイントダイアフラム付き OMNIS 用デジタル複合銀リング電極。

この電極は、例えば以下のような様々な pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液として、および保管のため $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol / L}$ を使用します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.01503.210
**シリンダーユニット OMNIS
10 mL 付属品なし**



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 10 mL。

6.00403.300
dPt リング電極



固定グラウンドジョイントダイアフラム付き OMNIS 用デジタル複合白金リング電極。

この電極は、例えば以下のような様々な pH 値での酸化還元滴定に適しています:

- Winkler (ウィンクラー) 法による酸素含有量
- KMnO_4 を用いた過酸化水素の測定
- ジアゾ化滴定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液として、および保管のため $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

6.00502.300

複合dCa ISE



OMNIS用デジタル複合カルシウム選択性電極。

このイオン選択性電極は以下の用途に適しています：

- 水性溶液における Ca^{2+} のイオン測定
- 錯(逆)滴定 (たとえば水の硬度の測定など)

頑丈で耐破損性のポリプロピレン製合成樹脂シャフト、および高分子膜のための衝撃保護により、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。

参照内部液として、および保管のため $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用します。

dTrodelは OMNIS Titratorにて使用できます。

6.01503.220

シリンダーユニット OMNIS

20 mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、もしくは吐出モジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。

6.01503.250

シリンダーユニット OMNIS

50 mL 付属品なし



OMNIS Titrator、滴定モジュール、吐出モジュール、および OMNIS Dosing Drive Unit 用の M6 ポートを 4 つ備えた、インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 50 mL。

6.02106.000

**延長ケーブル Liquid Adapter
0.55 m**

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル（長さ 0.55 m）。



6.02106.010

**延長ケーブル Liquid Adapter
2 m**

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル（長さ 2 m）。



6.02104.300

**電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、0.55 m**

dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



6.02104.310
電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、1.5 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに
接続するケーブル



6.02104.600
電極ケーブル プラグヘッド U /
プラグ P、0.55 m

電極 (プラグヘッド U) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続
するケーブル



6.02104.610
電極ケーブル プラグヘッド U /
プラグ P、1.5 m

電極 (プラグヘッド U) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続
するケーブル



6.02104.000
電極ケーブル プラグヘッド G /
プラグ P、0.55 m



アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

6.02104.010
電極ケーブル プラグヘッド G /
プラグ P、1.5 m



アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

6.02104.020
電極ケーブル プラグヘッド G
(Temp.) / プラグ P、0.55 m



温度センサー (ヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

6.02104.030
電極ケーブル プラグヘッド G
(Temp.) / プラグ P、1.5 m

温度センサー (ヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.02104.040
電極ケーブル プラグヘッド G
(Pol) / プラグ P、0.55 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.02104.050
電極ケーブル プラグヘッド G
(Pol) / プラグ P、1.5 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.06001.160
コンディショニング付きのファンク
ションライセンスKFT

OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッ
シャー容量滴定法のファンクションライセンス。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

6.05609.000
**OMNISタイトレーター用KFT装
置**

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



6.05609.010
**Polytronを伴うOMNISタイ
レーター用KFT装置**

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



**2.1002.0010
スターラなしのOMNIS滴定モ
ジュール**



滴定/ドージング用追加ビュレットおよび2つまでの測定モジュール（アナログまたはデジタル）によって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のための滴定モジュールです。別個の滴定スタンドとして用いるためのマグネチックスターラまたはプロペラスターラによって拡張可能です。5、10、20、50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

**2.1002.0110
マグネチックスターラのついた
OMNIS 滴定モジュール**



追加の滴定スタンド、滴定/ドージング用追加ビュレット、および2つまでの測定モジュール（アナログまたはデジタル）によって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のためのマグネチックスターラ付き滴定モジュールです。5、10、20、50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

**2.1003.0010
スターラなしのOMNISドージン
グモジュール**



滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のためのドージングモジュールです。別個の滴定スタンドとして用いるためのマグネチックスターラもしくはプロペラスターラによって拡張可能です。5、10、20、50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

2.1003.0110
マグネチックスターラのついた
OMNIS ドージングモジュール



追加の滴定スタンド、および滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するためのOMNIS滴定装置への接続のためのマグネチックスターラ付きドージングモジュールです。5、10、20、50 mLのシリンダーユニットが自由に選択可能です。

6.02100.010
計測モジュール デジタル



デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。

6.02101.011
アナログ測定モジュール



アナログ電極と接続するための OMNIS Titrator もしくは滴定モジュールのアナログ計測チャンネル。OMNIS Software のバージョン 2.18、またはそれ以上と互換性があります。