



分離Agリング電極

6.00350.100

この銀電極は参照電極 (参照内部液としての $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$) と一緒に使用しなければならず、例えば以下のような沈殿滴定 (滴定試薬硝酸銀) に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

完全に溶解した銀リングは、濃度の比較的高い酸や食塩水に耐性があります。

納品範囲 6.00350.100

Order Number	説明	数量
6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm	1 Stk



6.2008.040	保存容器	1 Stk
------------	------	-------



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。

オプションアクセサリ

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



6.2310.010

Electrolyte KNO₃-1mol/L
250 mL



6.0726.100

Ag/AgCl参照電極 (長さ 12.5
cm)



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ10 cm。

すり合わせ14/15により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。

6.0750.100

LL ISE 参照電極



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。

この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグラッドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。

6.02104.000

**電極ケーブル プラグヘッド G /
プラグ P、0.55 m**



アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル