キャップ PP、外径 11.5 mm、200 個

6.02743.087

ポリスチレン製サンプルバイアル 5 mL 用ポリプロピレン製キャップ。このキャップはクリーンルーム条件下（DIN ISO 14644に基づくクリーンルームクラス 7）で製造・梱包されており、高純度が求められる IC アプリケーションに対応しています。

数量： 200 個

オプションアクセサリー

6.02743.020
バイアル PS、5 mL、2000 個

OMNIS IC Autosampler での使用に特化して設計された、高品質ポリスチレン（PS）製の容量目盛り付き使い捨てサンプルバイアル。容量 5 mL かつ最適化された形状（平底）により、これらのバイアルはシームレスな統合、安全な取り扱い、そして信頼性の高いオートメーションを実現します。
Metrohm サンプルバイアルは、クリーンルーム条件下（DIN ISO 14644 に基づくクリーンルームクラス7）で製造および梱包されており、高純度が求められるアプリケーション向けに設計されています。これらは汚染レベルが最小限に抑えられていることが妥当性確認済みであり、わずかな不純物でも結果に影響を及ぼし得るイオンクロマトグラフィーでの微量分析に最適です。
数量： 2000 個

6.02743.027
バイアル PS、5 mL、200 個

OMNIS IC Autosampler での使用に特化して設計された、高品質ポリスチレン（PS）製の容量目盛り付き使い捨てサンプルバイアル。容量 5 mL かつ最適化された形状（平底）により、これらのバイアルはシームレスな統合、安全な取り扱い、そして信頼性の高いオートメーションを実現します。
Metrohm サンプルバイアルは、クリーンルーム条件下（DIN ISO 14644 に基づくクリーンルームクラス 7）で製造および梱包されており、高純度が求められるアプリケーション向けに設計されています。これらは汚染レベルが最小限に抑えられていることが妥当性確認済みであり、わずかな不純物でも結果に影響を及ぼし得るイオンクロマトグラフィーでの微量分析に最適です。
数量： 200 個

6.02041.510
サンプルラック OMNIS 40 x 5 mL

OMNIS IC Autosampler 内の 40 x 5 mL バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。