希釈容器

6.02762.100

OMNIS IC Autosampler および OMNIS IC Autosampler COOL 用、インライン希釈用混合容器。

オプションアクセサリー

2.1054.0010
OMNIS IC Autosampler Module



OMNIS IC Autosampler は、OMNIS IC System でのサンプル交換を自動化し、選択したサンプルラックに応じて 5 mL のバイアルを最大 160 個まで効率的に処理することができます。新世代 OMNIS IC 初の完全統合型オートサンプラーとして、標準仕様では OMNIS IC の真下に設置されます。これはスタンドアローン装置ではなく OMNIS IC System に統合されたコンポーネントであり、OMNIS Software を介して簡単にコントロールすることができます。

主な特色:

– コンパクトな設置面積: OMNIS IC の真下に設置することができます
– 高いサンプルスループット: 96 x 10 mL バイアル、160 x 5 mL バイアル、192 x (1500、700、300) µL HPLC バイアル、384 x 2 mL ウェルフォーマット (ディープウェルプレート)
– 高速 (30 s/5 µL のインジェクション当たり)
– ローディングおよびアンローディングを容易にする着脱式オートサンプラートレイ
– ローディングおよびアンローディングを容易にする内部空間の照明
– 自動バイアル検出機能が付いた、迅速かつ正確な xyz ニードルドライブ
– ニードルの動きやオートサンプラーのステータスを視覚的に追跡できる、追跡用ライトおよびステータス表示
– 異なるサンプル容器やラックタイプに対する高い柔軟性（カスタム仕様のサンプルラックを含む)
– 標準や洗浄溶液などのための、50 mL ボトル用の 6 つの統合された設置用ポジション
– 最大限の安全性を実現するため、統合型洗浄ステーションと漏れ検出機能を標準装備
– OMNIS Software への完全な統合
– オプションのアップグレード: 3/2 方向制御バルブ、希釈ステーション、バーコードリーダー

2.1054.0020
OMNIS IC Autosampler Module COOL

OMNIS IC Autosampler COOL は、OMNIS IC System でのサンプル交換を自動化し、選択したサンプルラックに応じて 5 mL のバイアルを最大 160 個まで効率的に処理することができます。さらに OMNIS IC Autosampler COOL は、4 ° C から 22 ° C までの範囲の温度を精確にコントロールするオプションを提供しており、多数のサンプルを冷却することができます。この冷却機能は、有機酸、ハロゲン化酢酸、アミノ酸、炭水化物など、熱的に不安定で生化学的に重要なサンプルの分析に最適です。

主な特色:

– コンパクトな設置面積: OMNIS IC の真下に設置することができます
– 4 ° C から 22 ° C までの温度調節
– 高いサンプルスループット、冷却可能な大量のサンプル: (96 x 10 mL バイアル、160 x 5 mL バイアル、192 x (1500、700、300) µL HPLC バイアル、384 x 2 mL ウェルフォーマット (ディープウェルプレート)
– 高速 (30 s/5 µL のインジェクション当たり)
– ローディングおよびアンローディングを容易にする着脱式オートサンプラートレイ
– ローディングおよびアンローディングを容易にする内部空間の照明
– 自動バイアル検出機能が付いた、迅速かつ正確な xyz ニードルドライブ
– ニードルの動きやオートサンプラーのステータスを視覚的に追跡できる、追跡用ライトおよびステータス表示
– 異なるサンプル容器やラックタイプに対する高い柔軟性 (カスタム仕様のサンプルラックを含む)
– 標準や洗浄溶液などのための、50 mL ボトル用の 6 つの統合された設置用ポジション
– 最大限の安全性を実現するため、統合型洗浄ステーションと漏れ検出機能を標準装備
– OMNIS Software への完全な統合
– オプションのアップグレード: 3/2 方向制御バルブ、希釈ステーション、バーコードリーダー

6.02762.110
希釈容器の蓋

OMNIS IC Autosampler または OMNIS IC Autosampler COOL の希釈容器用蓋。