サンプルラック、126 x 11 mL および 2 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.400

126 個のサンプル容器および2個のサンプルビーカーのための858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびサンプルビーカーを使用することができます: 6.2743.050、6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250、6.2743.047、6.2743.040。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリー

6.1432.320
透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.1432.323
アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.2743.050
サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.057
サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.1453.220
プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 200 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 200 mL、サンプルラック　6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.1453.250
プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.2743.070
Stopper with perforation

6.2743.077
Stopper with perforation

6.2743.047
PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.040
PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。