サンプルラック 56 x 11 mL および 1 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.510

56個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor　　のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリー

6.2743.050
サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.057
サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.040
PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.047
PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.1453.250
プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.2743.070
Stopper with perforation

6.2743.077
Stopper with perforation