

O2-Lumitrode 交換セット

6.5623.000

O_2-Lumitrode 用交換セット。このセットには、予備の認定済 O_2 キャップ、校正容器、5 x 30 mL 酸素標準液 0% が含まれています。

オプションアクセサリー

6.1116.000
O2-Lumitrode



溶存酸素 (DO) の測定のための光学センサーは、913 pH/DO Meter または 914 pH/DO/Conductometer と共に使用することができます。センサーの測定の原則は、ルミネセンス消光に基づきます。省スペースかつメンテナンスフリーのセンサーは、以下のような場面での DO 測定に適しています:
– 水質管理
– 水処理業界
– 飲料生産
– 養殖漁業

センサーは、校正容器と共に納品されます。
酸素に敏感な発光団を含む測定キャップ (O_2 キャップ) は、必要に応じて容易に交換することができます。