

«ProfIC Vario 1 Anion DR» – サプレッサの Dosino 再生装備付き自動イオンクロマトグラフィー (IC) 用の Professional IC Varioシステム


ProfIC-Vario-01-Anion-DR

サプレッサー Dosino 再生機能装備の連続サプレッッションならびに**導電率検出器**を備えた Professional IC Vario システムは、陰イオンあるいは陽イオンを完全自動で測定することができます。

代表的な使用領域:

– 汎用導入可能な陰イオンあるいは陽イオンの解析
– 追加のサンプル前処理を伴わない多検体のルーチン解析
– 研究/開発タスク用の MS 機器あるいは ICP/MS 機器との連結

納品範囲 ProfIC-Vario-01-Anion-DR

Order Number	説明	数量
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS
2.800.0010 	**800 Dosino（ケーブル：1.5 m）** 800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。	1 PCS
6.5330.190 	**ICアクセサリー：Dosino Regeneration** メトロームサプレッサーモジュール (MSM) の自動再生のためのドジーノ設置のための付属品セット。	1 PCS

2.940.1400

940 Professional IC Vario ONE/SeS 1 PCS



940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS は**連続サプレッション**を備えたインテリジェントコンパクトIC装置です。サプレッサーの再生には800　ドジーノ電動ビュレット　を使用することができます。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。
典型的な使用領域:
- 連続サプレッションによる陰イオンの測定
- 陰イオンのトレース分析
- 陰イオンのオンラインモニタリング

2.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump 1 PCS



858　プロフェッショナルサンプルプロセッサ　-　ポンプは、500　µLから500　mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800　ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。

オプションアクセサリー

6.2041.760
Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



6.2041.440
サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)



148　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます:　6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.040
PP バイアル、2.5 mL、2000 個



2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN　ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.050
サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070
Stopper with perforation



6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.020
アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.5330.130
ICアクセサリー: リキッドハンドリングステーション(左)

プロフェッショナルサンプルプロセッサーのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス

6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス
