



VoltIC pro I - The hyphenated IC and voltammetry system for parallel determination of anions, cations and heavy metals

VoltIC pro I

納品範囲 VoltIC pro I

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。



4 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



1 PCS

2.843.0140

843 VA Peristaltic Pump Station for Compact VA systems



1 PCS

2.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。



1 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



1 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



2 PCS

6.1819.010


PTFE tube



1 PCS

6.1822.410


PEEK connection capillary



1 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.1831.070

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 70 cm



1 PCS

6.2041.450

サンプルラック、56 x 11 mL および 56 x 50 mL、
(ポリ塩化ビニル製)

112 個のサンプル容器に適した 858 Professional Sample Processor、
815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以
下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.050、
6.2747.010、6.2743.040、50 mL ザールシュテット サンプル瓶。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



1 PCS

6.2057.040

Holder for Dosino for Sample Processor




1 PCS

6.2134.100

RS-232 cable, 5 m, DB9 – DB9





200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



3 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.2747.010

Sample vessel 50 mL



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



2 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。




1 PCS

6.5620.000

807 Dosing Unit との接続セット: ポート 4

807 Dosing Unit のポート 4 に M6 チューブを接続するためのセット (ルアーから M6 へ)、ホルダー固定機能付き



1 PCS

6.2141.290

Connection cable 843 Pump Station to 838
Advanced Sample Processor

