



827 pH lab; 120 V, US 帶 Unitrode

2.827.0215

帶 IrDa 接口的实验室 pH 计和 Unitrode 6.0258.600

Scope of delivery 2.827.0215

Order Number	Description	Quantity
6.2161.020	插入式电源单元，美国 120V/6V DC 电源，用于827型 pH lab	1 PCS
		
6.0258.600	Unitrode, 带 Pt1000 集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极用于 pH 测量/滴定。它特别适用于： – 用于较难的、粘性或碱性样品中的 pH 测量和滴定 – 温度升高的时候 – 长时测量的时候 固定磨口隔膜对污染不敏感。 参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 储存在储存溶液中。 替代方法: $T > 80^\circ \text{C}$ 时的测量用参比电解质, 储存在 Idrolyt 中。	1 PCS
		
6.2013.010	定位环 用于直径为 10 mm 的支架杆。	1 PCS
		

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米

1 PCS



6.2021.020

电极架

1 PCS

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



6.2104.600

用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m

1 PCS

用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor

1 PCS



Optional accessories

6.2307.230
缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中, 无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



6.2325.000
pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明

