




858 Professional Sample Processor

2.858.0010

858 Professional Sample Processor 可处理体积在500 μL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用 850 Professional IC System 上的蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。

Scope of delivery 2.858.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.858.0010	858 Professional Sample Processor

858 Professional Sample Processor 可处理体积在500 μL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用 850 Professional IC System 上的蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



3 PCS 6.1608.080 试剂瓶 / 300毫升

IC样品处理器的冲洗瓶



2 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



1 PCS 6.2064.000 万思得IC样品处理器烧杯截留器

838万思得样品处理器样品管截留板（retaining plate）。可放2.5或11毫升样品管。



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.300

万思得IC样品处理器的工具套件

工具套件，包括开口扳手和六角扳手（Hexagon key）。



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



1 PCS

6.2846.010

氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。




Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.310	样品架, 12 x 250 mL, (聚氯乙烯) 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.320	样品架, 16 x 150 mL, (聚氯乙烯) 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.340	样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯) 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.350	样品架, 48 x 75 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 48 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210; 6.1459.400。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	

6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.410 样品架, 141 x 11 mL 和 1 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 141 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.430 样品架, 127 x 11 mL 和 2 x 300 mL (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 127 个样品容器和 2 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.440 样品架, 148 x 11 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 148 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.450 样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.760 样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

较小直径的样品盘, 用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶



6.2148.010 远程盒, MSB

另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



6.2629.000 IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



6.2714.010 渗析膜（醋酸纤维素）

标称孔径：0.2 μm . 每套50片装。用于英蓝渗析



6.2714.020 再生纤维素过滤膜，0.2 μm ，50 件

公称孔径大小：0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。



6.2714.030 渗析膜（聚酰胺）

用于英蓝渗析与过滤



6.2743.040 PP 小管, 2.5 mL, 2000 只

2.5 mL, 2000 只。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管, 2.5 mL, 200 只

2.5 mL, 200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070 塞子，其上有穿孔
2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077 塞子，其上有穿孔
200只。用于IC样品处理器



6.5330.100 离子色谱装备：英蓝渗析

英蓝渗析的附件组。与 858 Professional Sample Processor 和一台附加的 2 通道蠕动泵一同使用。



6.5330.120 离子色谱装备：英蓝稀释

英蓝稀释的附加组。与 858 Professional Sample Processor、800 Dosino 和 741 Magnetic Stirrer 磁力搅拌器一同使用。



6.5330.130 离子色谱装备：LQH 灵快量化液体处理台，左侧

用于在 Professional Sample Processor 上安装 LQH 的附件组。冲洗供水可通过蠕动泵或 Dosino 完成。



6.5330.140 离子色谱装备：MiPCT

英蓝浓缩（MiPCT）的附件组，包括左侧 LQH。



6.5330.160 离子色谱装备：MiPCT-ME

用于安装 Dosino 的附件组，适用于采用基体消除（MiPCT-ME）的万通智能浓缩技术。



6.5330.170 离子色谱装备：MiPuT

用于安装 Dosino 以进行 Pick-up（万通智能 Pick-up 进样工艺）进样的附件组。



用于安装 Dosino 以进行局部循环进样的附件组。



6.2624.200 钢制样品针，有涂层

类似还有氧化锆制的样品针。特别适用于带隔垫的容器。采用了特殊涂层，无金属。安装在 Sample Processor 上时需要 1/16 英寸针架 (6.2833.010)。



6.2846.010 氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



6.2041.780 样品架 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

用于 65 个 11 mL 样品架 (6.2743.050) 和 25 个 50 mL 样品管 (6.02743.030) 的多排样品盘



6.2041.770 样品架 211 x 11mL

用于 211 个分别 11 mL 样品容器 (6.2743.050) 的多排样品架



6.9920.255 样品架 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

多排样品架，用于 60 mL 单位 Corning®-细胞培养烧瓶中的 25 个样品，以及 125 mL 单位的 PE 瓶中的 10 个样品 (6.1627.000)。痕量分析专用样品架，例如：发电厂。

