dThermoprobe HF

6.01118.300

高灵敏性数字温度探针，用于使用 OMNIS 在含有HF的 的介质中进行热滴定。
Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率，能够精确检测最小的温度变化。
该传感器可在含氟的酸性溶液中使用。其适用于：

– 钠的测定
– 滴定蚀刻浴

Scope of delivery 6.01118.300

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	**套管， SGJ 14/12 毫米** 套管， SGJ 14/12 毫米，聚乙烯	1 Stk
6.2008.040	**存放容器** 与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。	1 Stk

Optional accessories

6.02104.300
电极电缆，Q 型电极插头 / P 型插头，0.55 m

将 dTrode（Q 型电极插头）连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。

6.02104.310
电极电缆，Q 型电极插头 / P 型插头，1.5 m

将 dTrode（Q 型电极插头）连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。