



透明玻璃材质的样品杯 120 mL，20 个

6.01400.300

透明玻璃材质的样品杯 120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个。

Optional accessories

6.02041.030

**OMNIS 样品架 16 x 120 mL,
PP 聚丙烯**



OMNIS 样品架，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place，适配 16 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.01400.200、6.01400.300、6.01400.303。

塑料：聚丙烯 (PP)

6.02601.010

43 – 65 mm 抓手夹指



OMNIS Sample Robot Pick&Place 的抓手夹指，用于抓取外直径 43 – 65 mm 的样品杯。

6.01403.030

**滴定头 3 个 NS14/ 4 个 6.4
mm (P&P)**



具有 3 个 NS14 和 4 个 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 120 mL 样品杯。已准备好装备冲洗和抽吸管。

6.01404.030

烧杯适配器，用于 OMNIS 120 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 120 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01900.030

搅拌螺旋桨 20 mm ETFE

搅拌螺旋桨 20 mm，高度可调，用于棒式搅拌仪“Titrator”（滴定）或棒式搅拌仪“Sample Robot”



6.02710.040

Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个

OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中 120 mL 样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 用 Dis-Cover 盖子。



6.02710.010

KF Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个



带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 中进行容量式卡尔·费休滴定法。