



OMNIS 样品架 40 x 5 mL

6.02041.510

用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 40 个 5 mL 小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

Optional accessories

6.02743.020

PS 小管，5 mL，2000 件



由高质量聚苯乙烯（PS）制成的一次性样品瓶，带体积刻度，专为 OMNIS IC Autosampler 设计。这些小管的容积为 5 mL，采用优化的几何形状（平底），可实现无缝集成、操作安全以及可靠的自动化运行。

Metrohm 样品瓶在生产与包装过程中均遵循洁净室条件（符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7），专为高纯度应用而设计。这些样品瓶已确认可满足极低的污染水平，因此非常适合离子色谱中的痕量分析，因为即使是微小的杂质也可能影响分析结果。

数量：2000 件

6.02743.027

PS 小管，5 mL，200 件



由高质量聚苯乙烯（PS）制成的一次性样品瓶，带体积刻度，专为 OMNIS IC Autosampler 设计。这些小管的容积为 5 mL，采用优化的几何形状（平底），可实现无缝集成、操作安全以及可靠的自动化运行。

Metrohm 样品瓶在生产与包装过程中均遵循洁净室条件（符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7），专为高纯度应用而设计。这些样品瓶已确认可满足极低的污染水平，因此非常适合离子色谱中的痕量分析，因为即使是微小的杂质也可能影响分析结果。

数量：200 件

6.02743.080

PP 帽，外径 11.5 mm，2000 件



用于 5 mL 聚苯乙烯样品瓶的瓶帽，由聚丙烯制成。该瓶帽在洁净室条件（符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7）下生产和包装，确保其适用于高纯度的 IC 应用。

数量：2000 件

6.02743.087

PP 帽，外径 11.5 mm，200 件

用于 5 mL 聚苯乙烯样品瓶的瓶帽，由聚丙烯制成。该瓶帽在洁净室条件（符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7）下生产和包装，确保其适用于高纯度的 IC 应用。

数量：200 件

