



OMNIS 样品架 6 x 50 mL

6.02041.530

用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 6 个 50 mL 瓶子的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

Optional accessories

6.02743.030
PP 瓶，50 mL，12 只



50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成，可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.02743.090
带隔垫的转锁



带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔垫的螺盖，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶 (6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以便将隔垫扎穿。

6.02743.100
无隔垫的螺盖，ID 14.2 mm



无隔垫的螺盖可与 PP 瓶 50 mL (6.02743.030) 搭配使用。可将有穿孔的塞子 (6.2743.070) 推入孔中并封闭瓶子。如果在 858 Professional Sample Processor 上使用标准针 (6.2846.010)，它可提供非常好的封口方式。