



组合的 pH 玻璃电极

6.0233.100

组合 pH 电极与 NS 14/15 磨片适用于含水的酸/碱滴定。
参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 储存在储存溶液中。

Scope of delivery 6.0233.100

Order Number	Description	Quantity
6.2008.040	存放容器	1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2323.000

保存溶液

保存溶液，可用于所有参比电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ KCl溶液的复合pH玻璃电极。



6.2325.000

pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



6.2325.100

清洗液 3 x 50 mL

只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。



该清洗液也是 pHHit kit 的内容。

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250
mL)

电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系
统)

