

# Ecotrode plus

6.0262.100

适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。参比电解质：c（KCl） = 3 mol/L，储存在储存溶液中。

# Scope of delivery 6.0262.100

| Order Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 6.1236.050  | **套管， SGJ 14/12 毫米**<br>套管， SGJ 14/12 毫米，聚乙烯 | 1 Stk |
| 6.2008.040  | **存放容器**<br>与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。 | 1 Stk |

## Optional accessories

6.2308.020
**电解质 3 mol/L KCl (250 mL)**

电解液 c(KCl) = 3 mol/L（用于 Ag/AgCl 参比系统）



---

6.2323.000
**保存溶液**

保存溶液，可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH玻璃电极。



---

6.2325.000
**pHit kit**

pH 电极保养包
该包包含：
– 50 mL 清洗液
– 50 mL 3M KCl 溶液
– 50 mL 保存液
– 2 存放容器
– 使用说明



---

6.2325.100
**清洗液 3 x 50 mL**



只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。
该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

---

6.2104.020
**电极电缆 / 1 m / F**



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

---

6.2104.030
**2米的电极电缆 / F**



用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

---