



OMNIS IC 设备：双塔布置

6.05332.120

用于不带 OMNIS IC AS 或 ASCOOL 的 OMNIS IC 的附件套件：如果 OMNIS IC System 要以 2 层形式布置（双塔布置），则 OMNIS IC 必须配备底盘，AS/ASCOOL 必须配备试剂存放架。

前提：

OMNIS IC S/M/L

Scope of delivery 6.05332.120

Order Number	Description	Quantity
6.02107.000	网线 1 m 网线（1 m），用于将 OMNIS 设备连接到以太网路由器、以太网交换机或本地网络	1 PCS
		
6.01816.010	硅胶软管，8/12 mm，2 m 排出管	2 PCS
		
6.02601.060	固定轨，Extension 用于 OMNIS IC Extension Module 的固定轨。	1 PCS
		

6.01808.010

Y-软管联结器, PP, 3 x 7-8 mm

2 PCS

排液管接头。



6.01816.000

排液管, 7/9 mm, 1 m

1 PCS

硅胶排液管



6.02061.000

Reagent Organizer

1 PCS

用于 OMNIS IC 仪器的试剂瓶和淋洗液瓶存放架。



6.02061.100

底盘

1 PCS

用于 OMNIS IC 模块和预配置仪器 (OMNIS IC S、M、L) 的底盘。



6.02061.200

终端板, Extension/AS

1 PCS

Extension 或自动样品处理器与 Reagent Organizer 或 Reagent Organiser Liquid Control 之间的终端板。



6.02122.130

电源电缆, C13/14, 1 m

1 PCS

用于连接 OMNIS Extension Module 的电源电缆 (1 m)

