



含 KCl 的 Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

6.0726.107

带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器预填充 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 作为参比和中间电解质。

Scope of delivery 6.0726.107

Order Number	Description	Quantity
6.2008.040	存放容器	1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的
支架。

Optional accessories

6.1243.030

参比电极的隔膜



6.0726.1XX和6.0729.1XX参比电极的备用磨口接合 (ground-joint) 隔膜

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)



电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

6.2106.020

电缆 (Strand) / 1米 / 2x B



电极电缆, 带2xB型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极

6.2106.060

电缆 (Strand) / 2米 / 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



6.02105.000

电缆胶合线，长度 0.55 m

电极线缆（1x 香蕉插头 4 mm，1x 香蕉插头 2 mm），用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上。



6.02105.010

电缆胶合线，长度 1.5 m

电极线缆（1x 香蕉插头 4 mm，1x 香蕉插头 2 mm），用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上，长度为 1.5 m。

