



Ag/AgCl 参比电极（长度 16.2 cm）

6.0726.110

带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 13.8 cm。该参比电极非常适用于自动化应用。由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。

Optional accessories

6.1243.030
参比电极的隔膜



6.0726.1XX和6.0729.1XX参比电极的备用磨口接合 (ground-joint) 隔膜

6.2308.020
电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)



电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

6.2310.010
电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL



电解液 KNO_3 1 M (用于复合银电极的参比电解液)

6.2320.000

TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250毫升



6.2106.020

电缆 (Strand) / 1米/ 2x B

电极电缆, 带2xB型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极



6.2106.060

电缆 (Strand) / 2米/ 2x B

电极电缆, 带2xB型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极



6.02105.000

电缆胶合线, 长度 0.55 m

电极线缆 (1x 香蕉插头 4 mm, 1x 香蕉插头 2 mm), 用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上。



6.02105.010
电缆胶合线，长度 1.5 m

电极线缆（1x 香蕉插头 4 mm，1x 香蕉插头 2 mm），用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上，长度为 1.5 m。

