

Optrode M2

6.1125.000

有 8 种可用波长的光度滴定法用光学传感器。可以通过软件控制（tiamo 2.5 及以上版本）或通过磁铁来进行波长切换。该玻璃鞘对溶剂完全耐受，并且易于清洁。这种节省空间的传感器适用于例如：

– 按照 USP 或 EP 的非水溶性滴定
– 羧基端基的测定
– TAN/TBN 根据 ASTM D974
– 硫酸测定
– 混凝土中的 Fe、Al、Ca
– 水硬度
– 根据 USP 的硫酸软骨素

传感器不适合通过测量颜色强度（比色法）来测定浓度。

Scope of delivery 6.1125.000

Order Number	Description	Quantity
6.1903.030 	**搅拌棒 / 25 mm** 带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。	1 Stk
6.2008.040 	**存放容器** 与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。	1 Stk

Optional accessories

6.02117.000
5 V / 2.1 A USB 供电单元

用于 946 Portable VA Analyzer 的 USB 充电器。
在万通仪器上没有相应 USB 接口的情况下（例如在旧型仪器上），可使用该供电单元来为 6.1115.100 Optrode 供电。



6.02109.000
OMNIS 适配器电缆

插头 P 上的适配器电缆插座 F 适用于将一个不带含固定电缆的温度探针的传感器（例如：光度电极或Solvotrode easyClean）连接到 OMNIS 的模拟测量模块上。



6.2151.100
USB适配器， MINI（OTG）/ USB A

用于连接的USB仪器。


