样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

6.2041.760

较小直径的样品盘，用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶

Optional accessories

6.1608.080
试剂瓶 / 300毫升

IC样品处理器的冲洗瓶

6.2743.057
样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.2743.050
样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.1627.000
PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱

该瓶用于全自动稀释过程。

6.1627.100
带隔垫的螺盖，痕量分析

由于因隔垫导致的污染可忽略不计，因此隔垫旋转扣环适用于痕量分析。适合长时间保持标准。PE 瓶用隔垫旋转扣环，125 mL (6.1627.000) 和 PE 瓶，50 mL (6.1608.100)。

6.2072.000
瓶适配器，用于 6.1627.000 至 6.2041.440

使用此瓶适配器可将 125 mL 的 PE 聚乙烯瓶置放在 148 x 11 mL + 3 x 300 mL 的样品盘上（6.2041.440）。

6.2743.070
塞子，其上有穿孔

2000只。 用于IC样品处理器

6.2743.077
塞子，其上有穿孔

200只。 用于IC样品处理器

6.2743.047
PP 小管，2.5 mL，200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。
IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.2743.040
PP 小管，2.5 mL，2000 只

2.5 mL，2000 只。用于 IC Sample Processors。
IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。