

电量分析的 KF 装备，包括无隔膜的发生电极

6.5406.010

全套附件，用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。

Scope of delivery 6.5406.010

Order Number	Description	Quantity
6.0341.100	**用于库仑法分析的双铂丝电极** 指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。	1 PCS
6.0345.100	**无隔膜的发生电极** 不带隔膜的发生电极，用于库仑法卡尔费休滴定，标准磨口 29/22。该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。	1 PCS
6.1403.030	**至库仑法滴定杯的 KF 吸附管** 用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。	1 PCS

6.1437.000 **SGJ 塞子，SGJ 14** 1 PCS



6.1446.060 **塞子 / B-14/15 / M10** 1 PCS



6.1448.020 **垫片，16毫米，5片** 2 PCS

每套5件。



6.1464.320 **KF 滴定杯 / 80-250 mL / 库仑法** 1 PCS



6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm 1 PCS



带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。

6.2047.020

滴定杯固定器 1 PCS



滴定杯固定器，用于库仑滴定池。用于756，831 KF库仑水分测定仪

6.2104.020

电极电缆 / 1 m / F 1 PCS



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

6.2104.120

1米的电极电缆，H 1 PCS



带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔 1 PCS



材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。

6.2713.000

PTFE 套环 NS14 2 PCS



用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。

6.2713.010

PTFE 套环 NS29 1 PCS



用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。

6.2713.020

PTFE 套环 NS19 1 PCS



用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。

6.2730.030

塞子

1 PCS



全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。